

附件

抽验医疗器械名单（2022年第6期）

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
1	一次性使用采样器	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	DT: 3mL/管, 100 测试/盒	批号: 2021017	粤穗械备 20201915 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
2	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	预封装: 96 反应/盒	批号: 2021060	粤穗械备 20201539 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
3	样品保存液	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	3mL/管, 100 管/盒	批号: 2021006	粤穗械备 20201254 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
4	聚丙烯酸酯类后房型人工晶状体	广州市	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司	华润广东医药有限公司	见附件	出厂编号: /	YY 0290. 2-2009; YY 0290. 3-2008; YY 0290. 3-2018; YY 0290. 9-2010; YY 0290. 10-2009; 国械注进 20173221526	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
5	折叠式后房丙烯酸人工晶状体	广州市	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司	华润广东医药有限公司	见附件	出厂编号: /	YY 0290. 2-2009; YY 0290. 3-2008; YY 0290. 3-2018; YY 0290. 9-2010; YY 0290. 10-2009; 国械注进 20173221501	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
6	折叠式丙烯酸人工晶状体	广州市	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司	华润广东医药有限公司	见附件	出厂编号: /	YY 0290. 2-2009; YY 0290. 3-2008; YY 0290. 3-2018; YY 0290. 9-2010; YY 0290. 10-2009; 国械注进 20173226611	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
7	单件式复曲面人工晶状体	广州市	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司	华润广东医药有限公司	见附件	出厂编号：/	YY 0290.2-2009; YY 0290.3-2008; YY 0290.3-2018; YY 0290.9-2010; YY 0290.10-2009; 国械注进 20173221106	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
8	单件式多焦人工晶状体	广州市	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司	华润广东医药有限公司	见附件	出厂编号：/	YY 0290.2-2009; YY 0290.3-2008; YY 0290.3-2018; YY 0290.9-2010; YY 0290.10-2009; 国械注准 20153160709	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
9	单件式多焦复曲面人工晶状体	广州市	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 强生视力康公司	华润广东医药有限公司	见附件	出厂编号：/	YY 0290.2-2009; YY 0290.3-2008; YY 0290.3-2018; YY 0290.9-2010; YY 0290.10-2009; 国械注进 20183221793	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
10	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	Karex Industries Sdn. Bhd (代理人: 广州市一统医药科技有限公司)	广州市一统医药科技有限公司	浮点型	批号: 21N1363	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20172666637	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
11	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	Karex Industries Sdn. Bhd. (代理人: 广州市一统医药科技有限公司)	广州市一统医药科技有限公司	平滑超薄型	批号: 201V2449	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20172665104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
12	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	Karex Industries Sdn. Bhd. (代理人: 广州市一统医药科技有限公司)	大参林医药集团股份有限公司四千三百五十九分店	凸点螺纹型	批号: 20N3811	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20172665104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
13	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	NULATEX SDN. BHD (代理人: 广州先波健康产业有限公司)	广州南沙区安美健药房多美分店	颗粒型	批号: H2006K	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
14	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	NULATEX SDN. BHD (代理人: 广州先波健康产业有限公司)	广州先波健康产业有限公司	平滑超薄型	批号: 2011/05	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
15	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	Suretex Prophylactics (India) Limited (代理人: 武汉杰士邦卫生用品有限公司)	广州康为贸易有限公司	52mm (非光面型)	批号: LH180313	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20152663618	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
16	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd. (代理人: 广州市丽程贸易有限公司)	广州市丽程贸易有限公司	光面型橡胶避孕套 (普通型)	批号: N01210304	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162664480	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
17	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd. (代理人: 广州市丽程贸易有限公司)	广州市丽程贸易有限公司	非光面型橡胶避孕套 (普通型)	批号: M46200809	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162664481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
18	医用一次性防护服	广州市	安徽富美医疗科技有限公司	广州市第八人民医院	S	批号: 20200201	GB 19082-2009; 皖械注准 20182640101	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 安徽省食品药品检验研究院	不符合	外观针距	
19	生物显微镜	广州市	奥林巴斯 (广州) 工业有限公司	奥林巴斯 (广州) 工业有限公司	CX23LED RFS1 C	出厂编号: 1D82047	粤械注准 20152220084	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
20	红外体温计	广州市	贝乐（广州）智能信息科技股份有限公司	贝乐（广州）智能信息科技股份有限公司	CK-T1501	批号：210120B10	GB 9706.1-2007；粤械注准 20202070777	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	规定的人体温度测量范围内最大允许误差、规定的人体温度测量范围外最大允许误差、设备或设备部件的外部标记	
21	一次性使用病毒采样管	广州市	慈达（广州）生物技术有限公司	慈达（广州）生物技术有限公司	VTM/10ml×1支	批号：20211028	粤穗械备 20200330号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
22	核酸提取或纯化试剂	广州市	慈达（广州）生物技术有限公司	慈达（广州）生物技术有限公司	2*32 人份/盒	批号：20211028	粤穗械备 20200449号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
23	医用防护口罩	广州市	东莞市安保医用包装科技有限公司	广东省第二人民医院（广东省卫生应急医院）	FH95202	批号：055FHB201201-1	GB 19083-2010；粤械注准 20202141913	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
24	一次性使用病毒采样管	广州市	广东国盛医学科技有限公司	广东国盛医学科技有限公司	型号：TypeA IV 规格：5ml	批号：YC2021015	粤穗械备 20200103号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
25	一次性使用病毒采样管	广州市	广东聚诚生物技术有限公司	广东聚诚生物技术有限公司	型号：VCTM1 规格：50支/包	批号：20210902	粤穗械备 20202306号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
26	一次性使用病毒采样管	广州市	广东聚诚生物技术有限公司	广东聚诚生物技术有限公司	型号：VCTM3-1 规格：50支/盒	批号：20211104	粤穗械备 20201052号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
27	医用防护服（疫情应急产品）	广州市	广东朗固实业有限公司	广东省第二人民医院	连体式(A型)	批号：20200918	GB 19082-2009；GB 19082-2009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
28	医用超声雾化器	广州市	广东欧格斯科技有限公司	广东欧格斯科技有限公司	OW-01	批号：20210408	粤械注准 20172231905	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
29	一次性医用外科口罩	广州市	广东瑞华医疗器械有限公司	广东大参林柏康连锁药店有限公司	17.5cmx9.5cm	批号：20201221	YY 0469-2011;粤械注准 20202141273	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
30	臂式电子血压计	广州市	广东天际电器股份有限公司	广东济和堂药业连锁有限公司多宝路分店	DX-B901D	批号：202011	YY 0505-2012;粤械注准 20162200708	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
31	注射泵	广州市	广东万中科技有限公司	广东万中科技有限公司	CGH-S	出厂编号：CGH217110439	粤械注准 20152141104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
32	一次性使用体外吸引连接管	广州市	广东正知医学科技有限公司	广东正知医学科技有限公司	F28200/F28×200cm	批号：2021010108	粤械注准 20202140121	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
33	一次性使用防逆流负压引流器	广州市	广东正知医学科技有限公司	广东正知医学科技有限公司	FPS5A/500ml	批号：2020060207	粤械注准 20202140101	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
34	医用外科口罩	广州市	广西双健科技有限公司	广州仁和堂药业连锁有限公司济德药店	耳挂式 17.5cmx9.5cm	批号：20201005	YY 0469-2011;桂械注准 20202140086	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
35	电子体温计	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广州爱芯达电子有限公司	AXD-202	批号：20210105003	粤械注准 20172200435	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
36	臂式电子血压计	广州市	广州爱芯达电子有限公司	广东都市百姓药业有限公司	AXD-818	出厂编码：202011200290	YY 0505-2012;粤械注准 20172200699	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
37	一次性使用采样器	广州市	广州邦德盛生物科技有限公司	广州邦德盛生物科技有限公司	100人份/盒	批号：D2021041	粤穗械备 20200106号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
38	一次性使用病毒采样管	广州市	广州博联思医疗技术有限公司	广州博联思医疗技术有限公司	型号：BLS-1 规格：3ml/瓶	批号：210902	粤穗械备 20201071号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
39	便携式超声雾化器	广州市	广州畅呼医疗器械有限公司	广州畅呼医疗器械有限公司	WH205	批号：2021008	粤械注准 20192080529	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
40	肠道水疗机	广州市	广州畅顺医疗器械设备有限公司	广州畅顺医疗器械设备有限公司	Nacode-001	生产日期： 2019.4.25	粤械注准 20202091484	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
41	弹力线痔疮套扎吻合器	广州市	广州辰庚医药科技发展有限公司	广州辰庚医药科技发展有限公司	CG-TZQ-D4 无菌型	批号：201120	粤械注准 20202020622	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
42	自动痔疮套扎器	广州市	广州辰庚医药科技发展有限公司	广州辰庚医药科技发展有限公司	CG-TZQ-A5 无菌型	批号：201015	粤械注准 20182660162	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
43	医用电子皮肤镜影像系统	广州市	广州创弘医疗科技有限公司	广州创弘医疗科技有限公司	CH-DSIS-200 0 Plus	出厂编号： CH-DSIS-210408 -0001	粤械注准 20182210726	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
44	电子皮肤镜	广州市	广州创弘医疗科技有限公司	广州创弘医疗科技有限公司	CH-DS50	批号：20210403	粤械注准 20172220009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
45	电子皮肤镜	广州市	广州创弘医疗科技有限公司	广州创弘医疗科技有限公司	CH-DS50	批号：20210403	粤械注准 20172220009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
46	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	25 μL/管， 100 管/盒	批号：2021009	粤穗械备 2020293 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
47	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	预封装，32 反应/盒	批号：2021171	粤穗械备 20170583 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
48	样本保存液	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	3mL/管，100 管/盒	批号：2021024	粤穗械备 20200802 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
49	核酸提取或纯化试剂	广州市	广州达安基因股份有限公司	广州达安基因股份有限公司	预封装：32 反应/盒	批号：2021058	粤穗械备 20170667 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
50	医用压缩式雾化器	广州市	广州德米医用设备有限公司	广州德米医用设备有限公司	DM-YWH 04	批号: 2103032	粤械注准 20162211541	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
51	结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒(恒温扩增荧光法)	广州市	广州迪澳生物科技有限公司	广州迪澳生物科技有限公司	24人份/盒	批号: C111S20210314	国械注准 20193400313	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
52	一次性使用套管穿刺器	广州市	广州迪克医疗器械有限公司	广州迪克医疗器械有限公司	C型 Φ10mm ×100mm	批号: 121030241	粤械注准 20172080029	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
53	心电图机	广州市	广州迪茂信息科技有限公司	广州迪茂信息科技有限公司	DMI-RE01	出厂编号: 210301009	粤械注准 20202070859	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
54	超声臭氧妇科治疗仪	广州市	广州丰得利实业公司	广州丰得利实业公司	HZ-100F	出厂编号: HZ100F21042101 0001	粤械注准 20202090959	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	设备或设备部件的外部标记	
55	产后盆底康复治疗仪	广州市	广州丰得利实业公司	广州丰得利实业公司	HZ-CH3	出厂编号: HZCH3210420010 001	粤械注准 20202091960	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
56	医用外科口罩	广州市	广州海珠海之康医疗科技有限公司	广州海珠海之康医疗科技有限公司	成人平面型 17.5cm× 9.5cm	批号: 21053111A61152 1	YY 0469-2011;粤械注 准 20212140409	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
57	持续正压呼吸机	广州市	广州和普乐健康科技有限公司	广州和普乐健康科技有限公司	ST830M	出厂编号: CP812503190	粤械注准 20192080629	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
58	医用外科口罩	广州市	广州健朗医用科技有限公司	广州健朗医用科技有限公司	长方形(灭菌级) 17.5cm×9.5c m	批号: 20210102	YY 0469-2011;粤械注 准 20202142081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
59	医学图像传输处理系统软件	广州市	广州银元方青医疗科技有限公司	广州银元方青医疗科技有限公司	FQ-CYT-IMS	出厂编号: IMSV120210401- 001	粤械注准 20202210550	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
60	超声多普勒胎儿监护仪	广州市	广州莲印医疗科技有限公司	广州莲印医疗科技有限公司	LM-F0	出厂编号: 0100-00002-201 2150007	粤械注准 20202180011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
61	红外额温计	广州市	广州南雪医疗器械有限公司	广州南雪医疗器械有限公司	NX-2000	出厂编号: NX200020200218 0101	GB 9706.1-2007;粤械注准 20172200463	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
62	视力筛查仪	广州市	广州诺迅德医疗科技有限公司	广州诺迅德医疗科技有限公司	S011	出厂编号: 0202202104006	粤械注准 20142160196	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
63	一次性使用病毒采样管	广州市	广州杞梓生物科技发展有限公司	广州杞梓生物科技发展有限公司	型号: 2ml/支 规格: 20 套/盒	批号: 20210901	粤穗械备 20200180号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
64	遥测多参数监护仪	广州市	广州锐迪医疗仪器有限公司	广州锐迪医疗仪器有限公司	RD-2000	批号: 20210301	YY 1079-2008《心电图监护仪》;YY 0667-200;YY 0668-2008;GB 9706.1-2007;YY 0784-2010;粤械注准 20142070162	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	设备或设备部件的外部标记、QRS波检测	
65	医用内窥镜图像处理器	广州市	广州瑞派医疗器械有限责任公司	广州瑞派医疗器械有限责任公司	RP-IPD-V800	批号: RP006202104210 1	粤械注准 20192061288	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	辐射发射、静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群	
66	一次性使用医用口罩	广州市	广州晟和医疗科技有限公司	广州晟和医疗科技有限公司	挂耳型(非无菌) 17.5cm×9.5cm	批号: 20210101	粤械注准 20202141392	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
67	一次性使用病毒采样管	广州市	广州市邦硕生物技术有限公司	广州市邦硕生物技术有限公司	SI-5	批号: 20210609	粤穗械备 20180030号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
68	一次性使用病毒采样管	广州市	广州市宝创生物技术有限公司	广州市宝创生物技术有限公司	型号:VTM-1 规格:3.0mL/ 支 50 人份/ 盒	批号: A10731102621	粤穗械备 20200225 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
69	医用脱脂棉球	广州市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	广州市番禺区豪政卫生材料厂	10g 10 粒	批号: 098210105	粤械注准 20162640495	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	表面活性物质	
70	医用脱脂棉	广州市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	广州市番禺区豪政卫生材料厂	500 克	批号: 098210420	粤械注准 20172640956	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
71	医用外科口罩	广州市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	广东红惠药业有限公司	17cmx17cm	批号: 2S1201202	YY 0469-2011;粤械注 准 20172641570	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
72	医用脱脂棉	广州市	广州市番禺万福卫生用品有限公司	广州市番禺万福卫生用品有限公司	无菌型 小号 10 粒	批号: 20201101	粤械注准 20172640791	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
73	医用脱脂棉	广州市	广州市番禺万福卫生用品有限公司	广州市花都区第二人民医院	无菌型	批号: 20210301	粤械注准 20172640791	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
74	一次性使用医用口罩	广州市	广州市加明橡塑制品有限公司	广州市加明橡塑制品有限公司	平面型/耳挂 式 175mmx95mm	批号: 201015	粤械注准 20202141565	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
75	一次性使用医用口罩	广州市	广州市健桥惠泽有限公司	广州市健桥惠泽有限公司	挂耳式 175mmx95mm	批号: 20200102	粤械注准 20202141493	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
76	医用一次性防护服	广州市	广州市金浪星非织造布有限公司	广州市金浪星非织造布有限公司	180	批号: 20210407	GB 19082-2009;粤械 注准 20212140131	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
77	定制式活动义齿	广州市	广州市康创美义齿有限公司	广州市康创美义齿有限公司	树脂基托可 摘局部义齿	批号: 210422014	粤械注准 20202171449	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
78	定制式固定义齿	广州市	广州市康创美义齿有限公司	广州市康创美义齿有限公司	二氧化锆全锆冠	批号: 210423112	粤械注准 20202171448	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
79	耳声发射听力筛查仪	广州市	广州市麦力声医疗器械有限公司	广州市麦力声医疗器械有限公司	MA01	出厂编号: C12008020	粤械注准 20182070983	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
80	医学影像存储与传输系统软件	广州市	广州市仁成医疗设备维修有限公司	广州市仁成医疗设备维修有限公司	RC-X-100-V1.0	批号: 20210412001	粤械注准 20202210671	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
81	红外体温计	广州市	广州市体达电子科技有限公司	广州市体达电子科技有限公司	TD133	批号: 2101022	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20172200575	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
82	一次性使用病毒采样管	广州市	广州市微米生物科技有限公司	广州市微米生物科技有限公司	规格: 3ml×25支/盒 型号: WM-1	批号: 20211004	粤穗械备 20200572号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
83	中频激光综合治疗仪	广州市	广州市祥友医疗器械科技有限公司	广州市祥友医疗器械科技有限公司	XY-805	出厂编号: XY921707	粤械注准 20182090891	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
84	一次性使用病毒采样管	广州市	广州市准易科技有限责任公司	广州市准易科技有限责任公司	型号: CY3-3-2 规格: 40管/盒	批号: 210602	粤穗械备 20201201号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
85	一次性使用采样器	广州市	广州市准易科技有限责任公司	广州市准易科技有限责任公司	型号: CY1-II 规格: 50人份/袋	批号: 采样管批号: 210625 生产日期: 2021-06-25 棉拭子批号: 20210601 生产日期: 2021-06-01	粤穗械备 20201931号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
86	天然橡胶胶乳男用避孕套	广州市	广州双一乳胶制品有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	光面型	批号: JQ21A	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20162661025	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
87	天然橡胶胶乳 男用避孕套	广州市	广州双一乳胶制品有限公司	广州双一乳胶制品有限公司	光面型	批号: WMY21A	GB/T 2828.1-2012; 粤 械注准 20162661025	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
88	天然橡胶胶乳 男用避孕套	广州市	广州双一乳胶制品有限公司	广州民信药业连锁有限公司	52mm 光面型	批号: AMG21B	GB/T 2828.1-2012; 粤 械注准 20162661025	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
89	天然橡胶胶乳 男用避孕套	广州市	广州双一乳胶制品有限公司	广州市增城区妇幼保健院	光面型	批号: Q2102C	GB/T 2828.1-2012; 粤 械注准 20162661025	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
90	医用一次性防 护服	广州市	广州天思品汇实业有限公司	广州天思品汇实业有限公司	连体式 XL/175	批号: 201101	GB 19082-2009; 粤械 注准 20202140912	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
91	核酸提取或纯 化试剂	广州市	广州湾区生物科技有限公司	广州湾区生物科技有限公司	型号: VPRM-IVD-KF 96 规格: 96 人份/盒	批号: 2111002223	粤穗械备 20201877 号	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
92	天然橡胶胶乳 男用避孕套	广州市	广州万方健医药有限公司	广州万方健医药有限公司	光面型 52mm	批号: ADGA1061	GB/T 2828.1-2012; 粤 械注准 20182660489	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
93	超声洁牙机	广州市	广州星欧电子设备有限公司	广州星欧电子设备有限公司	EST	出厂编号: EGEH0052104	粤械注准 20202172160	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
94	样本保存液	广州市	广州阳普医疗科技有限公司	广州阳普医疗科技有限公司	型号: NAT 规 格: 6ml/瓶	批号: 210801	粤穗械备 20200214 号	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
95	医用脱脂棉	广州市	广州永益医疗器械有限公司	广州永益医疗器械有限公司	脱脂棉球 5g	批号: 20201201	粤械注准 20192140695	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
96	医用脱脂棉	广州市	广州永益医疗器械有限公司	广州市伯元医药有限公司	灭菌机 脱脂 棉球 5g	批号: 20210401	粤械注准 20192140695	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
97	医用护理口罩	广州市	广州永益医疗器械有限公司	广州市济帆生物科技有限公司	普通级	批号: 20201001	YY 0469-2011; 粤械注 准 20192140694	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
98	一次性使用喉罩	广州市	广州源临医疗器械有限公司	广州源临医疗器械有限公司	4.0#	批号: 20210104	粤械注准 20182660683	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
99	一次性使用双腔支气管插管	广州市	广州源临医疗器械有限公司	广州源临医疗器械有限公司	FR39 左腔	批号: 20210109	粤械注准 20182660687	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
100	医用外科口罩	广州市	广州正康医疗器械有限公司	广州正康医疗器械有限公司	ZKM-001 (非无菌)	批号: 2021101801	YY 0469-2011; 粤械注准 20212140941	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
101	一次性使用病毒采样管	广州市	广州智谱医药科技有限公司	广州智谱医药科技有限公司	型号: A-3mL 规格: 50 人份/盒	批号: 20211101	粤穗械备 202021427 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
102	样本保存液	广州市	广州智谱医药科技有限公司	广州智谱医药科技有限公司	型号: E 型: 3mL 规格: 50 人份/盒	批号: 20211106	粤穗械备 20202092 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
103	样本保存液	广州市	广州智谱医药科技有限公司	广州智谱医药科技有限公司	型号: C 型: 3mL 规格: 50 人份/盒	批号: 20210915	粤穗械备 20200596 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
104	样本保存液	广州市	广州智谱医药科技有限公司	广州智谱医药科技有限公司	型号: V2: 3mL 规格: 50 人份/盒	批号: 20211106	粤穗械备 20200099 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
105	医用脱脂棉片	广州市	广州中誉医疗器械有限公司	广州中誉医疗器械有限公司	II 型	批号: 210315	粤械注准 20182640419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
106	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	桂林爱超健康产业有限公司	广东都市百姓药业有限公司	光面型(超薄)	批号: WB1904R	GB/T 2828.1-2012; YZB/桂 0285-2014	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
107	天然橡胶胶乳男用避孕套	广州市	桂林紫竹乳胶制品有限公司	广州亿仁医院	光面型 W52mm	批号: 07001454	GB/T 2828.1-2012; 桂械注准 20162660095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
108	上臂式电子血压计	广州市	合泰医疗电子(苏州)有限公司	广东保健堂连锁大药房有限公司宝岗大道翠城分店	HL868EA-5	批号: 200804	YY 0505-2012; 苏械注准 20172201439	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
109	医用外科口罩	广州市	河南省和剂堂生物科技有限公司	康美大药房连锁有限公司中坚分店	平面耳挂式 17.5cm× 9.5cm-3P	批号：20201202	YY 0469-2011; 豫械注 准 20202140084	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：河南省药品医 疗器械检验院	不符合	压力差	
110	一次性使用医 用口罩	广州市	河南祥禾卫材有限公 司	广州惠仁大药房合伙 企业	A 型 17.5cm ×9.5cm	批号：20200906	豫械注准 20192140464	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
111	医用棉球	广州市	河南亚都实业有限公 司	老百姓大药房连锁广 东有限公司大东门店	中号	批号： 2012CC2073	豫械注准 20182140681	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
112	普通医用口罩	广州市	湖南康怡医疗器械有 限公司	广州惠仁大药房合伙 企业	平面型 耳挂 式（中号）	批号：2020 12 08	湘械注准 20162140049	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
113	医用脱脂棉	广州市	江苏省健尔康医用敷 料有限公司	天士力大药房连锁 （广东）有限公司海 珠第九分公司	25g	批号：20200206	苏械注准 20182141601	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
114	臂式电子血压 计	广州市	江苏鱼跃医疗设备股 份有限公司	广东康爱多连锁药店 有限公司北京路分店	YE660D	批号：2106 序列 号 10	YY 0505-2012; 苏械注 准 20202071574	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
115	医用外科口罩	广州市	江西粤秀医疗科技有 限公司	广州仁和堂药业连锁 有限公司济德药店	耳挂式 A 型 无菌	批号：20200916	YY 0469-2011; 粤械注 准 20202140419	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
116	电子血压计 （臂式）	广州市	可孚医疗科技股份有 限公司	广州市番禺珍莱堂药 房东艺店	KF-65KPLUS	批号：P02106031	YY 0505-2012; 湘械注 准 20162200322	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
117	医用棉球	广州市	南昌市恩惠医用卫生 材料有限公司	广州东兴堂大药房连 锁有限公司	A 型（灭菌） 中号	批号：20210802	赣械注准 20152140277	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
118	医用棉球	广州市	南昌翔翊医疗器械有 限公司	广州市从化区鳌头镇 中心卫生院	中号	批号：批 20201213	赣械注准 20202140439	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
119	电子血压计	广州市	欧姆龙（大连）有限公司	广州众翔药业连锁有限公司珠光大药房	HEM-7320	出厂编号： 20190900289LG	YY 0505-2012；辽械注 准 20192070098	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
120	医用电子血压 计	广州市	欧姆龙（大连）有限公司	广州康赢贸易有限公司	HBP-1120	批号：202012L	YY 0505-2012；辽械注 准 20172200003	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
121	电子血压计	广州市	欧姆龙（大连）有限公司	广州健民医药连锁有限公司华景分店	HEM-7122	批号：202104L	YY 0505-2012；辽械注 准 20192070081	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
122	电子血压计	广州市	欧姆龙（大连）有限公司	广州民信药业连锁有限公司	HEM-8102K	批号：202104L	YY 0505-2012；辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
123	电子血压计	广州市	欧姆龙（大连）有限公司	广州正康连锁大药房有限公司	HEM-7121	批号：202107L	YY 0505-2012；辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
124	医用棉球	广州市	飘安控股集团有限公司	广州市增城区荔城街 社区卫生服务中心	中号	批号：002210604	豫械注准 20192140632	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：河南省药品医 疗器械检验院	不符合	荧光物	
125	天然胶乳橡胶 避孕套	广州市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	广东百源堂医药连锁 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001379846	GB/T 2828.1-2012；鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
126	天然胶乳橡胶 避孕套	广州市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	广州市倍宁医药连锁 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001361553	GB/T 2828.1-2012；鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
127	天然胶乳橡胶 避孕套	广州市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	广州正康连锁大药房 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001510486	GB/T 2828.1-2012；鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
128	脱脂棉球	广州市	青岛盛久医疗用品有 限公司	广州市荔湾区菊和大 药房	0.5g	批号：210201	鲁械注准 20172640234	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
129	一次性使用医用口罩	广州市	厦门蓝星企业有限公司	广东众翔药业连锁有限公司众善分店	大号 17cmx9.5cm	批号：20201019	闽械注准 20172640023	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
130	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	山东铭源乳胶有限责任公司	广州市信福缘大药房连锁有限公司	W52±2mm (光面型)	批号：202011	GB/T 2828.1-2012;鲁械注准 20172660823	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
131	全自动臂式电子血压计	广州市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	广州集和堂大药房连锁有限公司环市中路店	LBP70A	批号：BP200607	YY 0505-2012;粤械注准 20182200068	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
132	全自动臂式电子血压计	广州市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	广州健民医药连锁有限公司秋众分店	LBP50	批号：BP201004	YY 0505-2012;粤械注准 20172200895	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
133	手臂式数字电子血压计	广州市	深圳市捷美瑞科技有限公司	广州市番禺珍莱堂药房东艺店	B57	批号： 2019040801555	YY 0505-2012;粤械注准 20142200322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
134	臂式电子血压计	广州市	深圳市优瑞恩科技有限公司	广州仁和堂药业连锁有限公司福源堂药店	U80BH	批号：BHF023	YY 0505-2012;粤械注准 20172201155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
135	臂式电子血压计	广州市	深圳市优瑞恩科技有限公司	广州市伯元医药有限公司	U80BH	批号：BIF007	YY 0505-2012;粤械注准 20172201155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
136	医用脱脂棉	广州市	生产企业：稳健医疗用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗（嘉鱼）有限公司	广药器化医疗设备有限公司	0.3g/个	批号：20210409	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
137	一次性使用医用口罩	广州市	四川恒明科技开发有限公司	广阿康药店连锁有限公司广州花都人民医院店	中号	批号：20200814	川械注准 20182640048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
138	一次性使用医用口罩	广州市	四川省乐至贵均卫生材料有限公司	广东众翔药业连锁有限公司众善分店	17.5cmx9.5-J	批号：20100 1	川械注准 20182640041	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
139	医用外科口罩	广州市	万信达(广州)科技制品有限公司	万信达(广州)科技制品有限公司	面型(非无菌) 17.5cm× 9.5cm	批号: 2020120702	YY 0469-2011;粤械注 准 20202141981	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
140	一次性使用医用口罩	广州市	万信达(广州)科技制品有限公司	万信达(广州)科技制品有限公司	挂耳式平面 形 17.5cm× 9.5cm	批号: 2020111805I	粤械注准 20202141860	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
141	医用一次性防护服	广州市	威海威高医用材料有限公司	广州医科大学附属中医医院	A-L	批号: 202012217	GB 19082-2009;鲁械 注准 20202140135	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
142	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广州医科大学附属第二医院	175	批号: 20201012-3	GB 19082-2009;鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
143	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广州市第一人民医院	170 连身式	批号: 20200807-1	GB 19082-2009;鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
144	医用一次性防护服	广州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广东省中医院芳村医院	175 连身式	批号: 20210102-5	GB 19082-2009;鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
145	医用外科口罩	广州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	康美大药房连锁有限公司中坚分店	长方形 挂耳 型 17cm× 9cm-3P	批号: 20200917-41	YY 0469-2011;鄂械注 准 20142142016	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
146	医用防护口罩	广州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	广州医科大学附属中医医院	N95(折叠式)	批号: 20201028	GB 19083-2010;鄂械 注准 20162642419	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 四川省药品检 验研究院	符合	/	
147	医用防护口罩	广州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	广州市荔湾区中心医院	N95(折叠式)	批号: 20200906	GB 19083-2010;鄂械 注准 20162642419	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
148	医用防护口罩	广州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	广州市第八人民医院	N95(折叠式)	批号: 20200930	GB 19083-2010;鄂械 注准 20162642419	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/ 批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
149	医用防护口罩	广州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	广州医科大学附属第二医院	N95(折叠式)	批号: 20200910	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
150	医用防护口罩	广州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	广州市第一人民医院	N95(折叠式)	批号: 20201204	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
151	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广州市海王星辰医药连锁有限公司燕岭健康药房	0.3g/个	批号: 20210125	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
152	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	大参林医药集团股份有限公司华景分店	0.3g/个	批号: 20210322	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
153	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广州市海王星辰医药连锁有限公司体育西健康药房	0.3g/个	批号: 20210201	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
154	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	海王星辰金山阁健康药房	0.3g/个	批号: 20210120	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
155	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广东大参林柏康连锁药店有限公司第五千九百四十九分店	0.3g/个	批号: 20210420	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
156	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	大参林医药集团股份有限公司文昌南路分店	0.3g/个	批号: 20210308	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
157	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广州市仟健医药有限公司	0.3g	批号: 20210719	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
158	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广州民信药业连锁有限公司	0.3g/个	批号: 20210726	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
159	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广东力丰医药连锁有限公司淘金分店	0.3g/个	批号: 20201118	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
160	医用脱脂棉	广州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广州采芝林药业连锁店南方分店	0.3g/个	批号: 20210719	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
161	医用棉球	广州市	新乡市康民卫材开发有限公司	广州医科大学附属第一医院	中号	批号: 20110601	豫械注准 20192140128	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	荧光物	
162	电子直乙肠镜配套主机	广州市	盈时(广州)专用设备制造有限公司	盈时(广州)专用设备制造有限公司	ZYC-system 1000B	出厂编号: MD21AR0001	粤械注准 20172220126	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	辐射发射	
163	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	湛江市汇通药业有限公司	广州利洁时贸易有限公司	光面型	批号: 210135	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
164	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	湛江市汇通药业有限公司	广州创美药业有限公司	光面型	批号: 210138	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
165	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	湛江市汇通药业有限公司	广州市倍宁医药连锁有限公司	颗粒型	批号: JYB2009	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
166	天然胶乳橡胶避孕套	广州市	中美百翰医疗产品(湖北)有限公司	广州市天仁药业有限公司	光面型	批号: 10348GM	GB/T 2828.1-2012; 鄂械注准 20182662527	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
167	智能臂式电子血压计	广州市	注册人: 天津九安医疗电子股份有限公司/委托生产企业: 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	广州华安医药连锁有限公司景泰分店	KD-598	批号: 190986011001	YY 0505-2012; 津食药监械(准)字 2014 第 2200004 号	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 国家电子家算计质量监督检验中心	符合	/	
168	智能臂式电子血压计	广州市	注册人: 天津九安医疗电子股份有限公司/委托生产企业: 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司	广州东兴堂大药房连锁有限公司	KD-556	批号: 210323011001	YY 0505-2012; 津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
169	亲水性丙烯酸折叠式人工晶状体	深圳市	IstQ GmbH 一品有限公司(代理人:深圳清清视界眼科产品有限公司)	深圳清清视界眼科产品有限公司	B1AW00	批号:详见附件样品清单	国械注进 20153162635	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
170	病人监护仪	深圳市	Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH 飞利浦医疗系统伯布林根有限公司(代理人:飞利浦(中国)投资有限公司)	启慧思远(深圳)实业有限公司	M8102A	出厂编码: DE65530889	YY 1079-2008《心电图监护仪》;YY 0667-200;YY 0668-2008;GB 9706.1-2007;YY 0784-2010;国械注进 20163211923	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所;复检机构:上海市医疗器械检验研究	符合	/	
171	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	SURETEX LIMITED(代理人:武汉杰士邦卫生用品有限公司)	深圳市君健商贸有限责任公司	52mm(光面)	批号:191018JB	GB/T 2828.1-2012;国械注进 20162664352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
172	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	SURETEX LIMITED(代理人:武汉杰士邦卫生用品有限公司)	深圳市中港大药房有限公司	十只装	批号:19116TF	GB/T 2828.1-2012;国械注进 20162664352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
173	红外线体温计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	E125	批号: P21011916-3	粤械注准 20172201473	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所;复检机构:深圳市医疗器械检测中心	不符合	最大允许误差	
174	电子体温计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	T104	批号:P20111765	粤械注准 20172201466	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
175	臂式电子血压计	深圳市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	深圳市华安堂医药连锁有限公司宝安翻身一分店	A666G	批号:P21062142	YY 0505-2012;粤械注准 20172201481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
176	医用外科口罩	深圳市	奥美医疗用品股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司公民民联健康药房	17.5Cmx9cm-3层耳挂式	批号:2012017	YY 0469-2011;鄂械注准 20162642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
177	医用外科口罩	深圳市	奥美医疗用品股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司葵涌坝新村健康药房	14.5cm×9cm-3层耳挂式	批号: 2101002	YY 0469-2011; 鄂械注准 20162642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
178	超声诊断系统	深圳市	百胜股份有限公司 Esaote S.p.A. (代理人: 百胜(深圳)医疗设备有限公司)	百胜(深圳)医疗设备有限公司	MyLab Class C	出厂编号: 4936	国械注进 20163061992	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	设备或设备部件的外部标记、技术说明书	
179	一次性使用医用口罩	深圳市	比亚迪精密制造有限公司	比亚迪精密制造有限公司	平面形; 17.5cm×9.5cm	批号: 1210123	粤械注准 20202140334	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
180	一次性使用医用口罩	深圳市	东莞南玻光伏科技有限公司	深圳市永祥药房连锁有限公司	平面挂耳式 175mm×95mm	批号: 20210109	粤械注准 20202141002	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
181	一次性使用医用口罩	深圳市	东华至高通信技术有限公司	东华至高通信技术有限公司	平面型耳挂式 17.3cm×9.5cm	批号: YY210107	粤械注准 20202140442	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
182	一次性使用医用口罩	深圳市	福建省然利医疗器械有限公司	深圳市广安利医药连锁有限公司葵涌坝光新村分店	非无菌型平面耳挂式/中号 14.5cm*9.0cm (儿童适用)	批号: 2020062201	闽械注准 20202140198 (临时)	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
183	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	冈本株式会社(代理人: 深圳市万生堂实业有限公司)	冈本贸易(深圳)有限公司	直形光面型	批号: HK0221409B	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20152180392	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
184	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	冈本株式会社(代理人: 深圳市万生堂实业有限公司)	深圳市万生堂实业有限公司	光面型 52±2mm	批号: HK111C119	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162662257	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
185	一次性使用医用口罩	深圳市	广东华衣云商科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司国都健康药房	耳挂式 成人型 17.5cm×9.5cm	批号: 20201215	粤械注准 20202140722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
186	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	广东汇通乳胶制品集团有限公司	深圳市永祥药房连锁有限公司	52±2mm 光面型	批号: HK213G	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20162180471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
187	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	广东汇通乳胶制品有限公司	耀共盈医药连锁(深圳)有限公司	颗粒型	批号: HB213F	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20162660471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
188	一次性使用医用口罩	深圳市	广东立德医疗科技有限公司	深圳市立丰大药房有限公司上域分店	挂耳式 17.5cm×9.5cm	批号: 20210101B	粤械注准 20202140857	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
189	一次性使用医用口罩	深圳市	广东梦依诗服饰有限公司	广东梦依诗服饰有限公司	平面耳挂式, 17.5cm×9.5cm-3层	批号: MYS12101A	粤械注准 20202141330	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
190	医用外科口罩	深圳市	河北宝塔医疗器械有限公司	广东永安堂药房股份有限公司	A型	批号: 20201218	YY 0469-2011; 冀械注准 20172640240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
191	医用棉球	深圳市	河南康尔健医疗科技有限公司	深圳市人民医院	中号	批号: 421050431	豫械注准 20182140433	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
192	医用一次性防护服	深圳市	河南省健琪医疗器械有限公司	深圳市罗湖区人民医院	无菌连身式 175	批号: 20120604B	GB 19082-2009; 豫械注准 20182140516	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
193	医用防护口罩	深圳市	河南省健琪医疗器械有限公司	深圳市罗湖区人民医院	无菌拱形	批号: 20121451B	GB 19083-2010; 豫械注准 20182140514	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
194	医用防护口罩	深圳市	河南驼人贝斯特医疗器械有限公司	深圳市南北医药有限公司	无菌杯型耳挂式	批号: 202009009	GB 19083-2010; 豫械注准 20202140698	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
195	医用外科口罩	深圳市	鹤壁市利康卫生材料有限公司	深圳市百姓大药房连锁有限公司坪山竹坑分店	平面挂耳型 175mm×95mm	批号: 2020032503	YY 0469-2011; 豫械注准 20172640063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验结果注	主要不合格项目	备注
196	电子血压计 (腕式)	深圳市	湖南可孚医疗科技发展有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司新厦苑健康药房	KF-75C	批号: 20180402	YY 0505-2012; 湘械注准 20162200323	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
197	电子血压计	深圳市	湖南可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司葵涌迪佳健康药房	KF-65W	批号: P180730	YY 0505-2012; 湘械注准 20162200322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
198	医用棉球	深圳市	湖南永康医疗器械有限公司	深圳市泰康堂医药有限公司	0.3g/个	批号: 20210602	湘械注准 20172640018	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
199	医用一次性防护服	深圳市	湖南臻和亦康医疗用品有限公司	深圳市南北医药有限公司	连体式 M	生产日期: 20201015	GB 19082-2009; 湘械注准 20202140095	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	环氧乙烷残留量	
200	全自动臂式电子血压计	深圳市	华略电子(深圳)有限公司	华略电子(深圳)有限公司	BP3MS1-4V	出厂编号: 252100074	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
201	医用脱脂棉	深圳市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	汕尾市立德药业连锁有限公司深汕特别合作区桦康分店	300g	批号: 20210430	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
202	臂式电子血压计	深圳市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	深圳市永祥药房连锁有限公司	YE655B	批号: 2106 序列号 01	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
203	臂式电子血压计	深圳市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	深圳九州通医药有限公司	YE620C	批号: 2103 序列号 01	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
204	腕式电子血压计	深圳市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司新厦苑健康药房	YE8600A	批号: 1905 序列号 05	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200403	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
205	电子血压计 (臂式)	深圳市	可孚医疗科技股份有限公司	国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司福星分店	KF-65B	出厂编号: P0210101803105	YY 0505-2012; 湘械注准 20162200322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
206	电子血压计 (臂式)	深圳市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司光明高正花园健康药房	KF-65D	批号: P02011007	YY 0505-2012; 湘械注准 20162200322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
207	电子血压计 (臂式)	深圳市	可孚医疗科技股份有限公司	深圳市海王星辰健康 药房连锁有限公司新 厦苑健康药房	KF-65D	批号: P02102007	YY 0505-2012; 湘械注 准 20162200322	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
208	云电子胶片及 报告系统软件	深圳市	蓝网科技股份有限公司	蓝网科技股份有限公 司	LN-CEF	出厂编号: CEF80020200800 1	粤械注准 20202210639	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
209	医学影像存储 与传输系统软 件	深圳市	蓝网科技股份有限公司	蓝网科技股份有限公 司	LN-CP	批号: CP800 TBuild181130	粤械注准 20202210683	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
210	医用外科口罩	深圳市	南昌市康洁医用卫生 用品有限公司	深圳市南北药行连锁 有限公司南北药行人 民路分店	中号/B型耳 挂式	批号: 20201106	YY 0469-2011; 赣械注 准 20202140103	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
211	医用棉球	深圳市	南昌翔翊医疗器械有 限公司	深圳市大鹏新区葵涌 人民医院	中号	批号: 20210207	赣械注准 20202140439	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
212	医用一次性防 护服	深圳市	南昌翔翊医疗器械有 限公司	深圳万丰医院	连身式 170 (L)	批号: 批 20201005	GB 19082-2009; 赣械 注准 20202140036	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
213	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限 公司	汕尾市立德药业连锁 有限公司深汕特别合 作区烨康分店	HEM-8102K	批号: 202104L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
214	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限 公司	深圳市杏林春堂大药 房连锁有限公司和亨 分店	HEM-7121	批号: 202107L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
215	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限 公司	深圳市民心大药房连 锁有限公司	HEM-7121	批号: 202107L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
216	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限 公司	深圳九州通医药有限 公司	HEM-7135	批号: 201906L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20152200152	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
217	电子血压计	深圳市	欧姆龙(大连)有限 公司	深圳市海王星辰健康 药房连锁有限公司新 厦苑健康药房	HEM-7121	批号: 202102U	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
218	电子血压计	深圳市	欧姆龙（大连）有限公司	深圳市南北药业连锁有限公司宝城分店	HEM-7121	批号：202102U	YY 0505-2012；辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
219	电子血压计	深圳市	欧姆龙（大连）有限公司	深圳市康之源医药有限公司	HEM-7121	批号：202107L	YY 0505-2012；辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
220	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	叮当智慧药房（广东）有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001368304	GB/T 2828.1-2012；鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
221	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	汕尾市立德药业连锁有限公司深汕特别合作区烨康分店	标称宽度 52mm	批号： 1001436445	GB/T 2828.1-2012；鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
222	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	深圳二天堂大药房有限公司罗湖区中兴分店	标称宽度 52mm	批号： 1001328784	GB/T 2828.1-2012；鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
223	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	深圳市深汕特比而合作区仁康堂医药有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001379848	GB/T 2828.1-2012；鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
224	臂式电子血压计	深圳市	青岛雅世医疗器械有限公司	汕尾大参林药店有限公司鹅埠分店	JN-163C	批号：A20210223	YY 0505-2012；鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
225	上臂式电子血压计	深圳市	厦门安氏兄弟科技有限公司	深圳医佳康大药房有限公司君临天下店	AS-35K	出厂编号： 202054683K	YY 0505-2012；闽械注准 20152070034	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
226	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	上海名流卫生用品股份有限公司	深圳市泰康堂医药有限公司	光面超薄型 52mm	批号：2151NLS	GB/T 2828.1-2012；沪械注准 20182660028	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
227	高频电灼仪	深圳市	深圳半岛医疗有限公司	深圳半岛医疗有限公司	立式：United III	出厂编号： UT050S104AAAB	粤械注准 20182010997	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
228	多参数监护仪	深圳市	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司	深圳邦健生物医疗设备股份有限公司	iM 12	出厂编号： C321010188	YY 1079-2008《心电监护仪》；YY 0667-200；YY 0668-2008；GB 9706.1-2007；YY 0784-2010；粤械注准 20172211184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
229	一次性使用病毒采样管	深圳市	深圳逗点医疗科技有限公司	深圳逗点医疗科技有限公司	MST	批号：211107	粤深械备 20200077号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
230	一次性使用无菌采样拭子	深圳市	深圳逗点医疗科技有限公司	深圳逗点医疗科技有限公司	MFS-01-01	批号：021559	粤械注准 20202221585	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
231	一次性使用医用口罩	深圳市	深圳恒益医疗设备有限公司	深圳恒益医疗设备有限公司	耳挂式平面形 175mm×95mm	批号： 202102DMM01	粤械注准 20202141521	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
232	医用红外额温计	深圳市	深圳鸿益生物科技有限公司	深圳鸿益生物科技有限公司	F03	批号： HYF0307002	GB 9706.1-2007；粤械注准 20192070842	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
233	多参数监护仪	深圳市	深圳华声医疗技术股份有限公司	深圳华声医疗技术股份有限公司	WPM-80	出厂编号： PM80-7400070	YY 1079-2008《心电监护仪》；YY 0667-200；YY 0668-2008；GB 9706.1-2007；YY 0784-2010；粤械注准 20172211167	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：深圳市医疗器械检测中心	不符合	优先级配置	
234	多参数监护仪	深圳市	深圳华声医疗技术股份有限公司	深圳华声医疗技术股份有限公司	WPM-120	出厂编号： PM12-0702682	YY 1079-2008《心电监护仪》；YY 0667-200；YY 0668-2008；GB 9706.1-2007；YY 0784-2010；粤械注准 20142070168	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	袖带压、优先级配置	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
235	多参数监护仪	深圳市	深圳华腾生物医疗电子有限公司	深圳华腾生物医疗电子有限公司	H9	出厂编号： 2110414001	YY 1079-2008《心电监护仪》；YY 0667-200；YY 0668-2008；GB 9706.1-2007；YY 0784-2010；粤械注准 20172210413	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	QRS 波幅度和间期的范围	
236	超声胎音仪	深圳市	深圳京柏医疗科技股份有限公司	深圳京柏医疗科技股份有限公司	JPD-200C	批号： 2021-03-0201	粤械注准 20192180860	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
237	红外额温计	深圳市	深圳璟泓医疗科技有限公司	深圳璟泓医疗科技有限公司	SZJHIT001	批号：202104001	GB 9706.1-2007；粤械注准 20192071106	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
238	肠内营养泵	深圳市	深圳凯和盛医疗电子有限公司	深圳凯和盛医疗电子有限公司	BRI0-100	批号：200901	粤械注准 20192140673	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
239	便携式超声雾化器	深圳市	深圳来福士雾化医学有限公司	深圳来福士雾化医学有限公司	Air 360 mini+A	批号： 2020121008C	粤械注准 20172230713	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
240	红外体温计	深圳市	深圳蓝韵健康科技有限公司	深圳蓝韵健康科技有限公司	LW FT118	批号： FT11821104	GB 9706.1-2007；粤械注准 20202070291	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
241	红外额温计	深圳市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	深圳乐普智能医疗器械有限公司	LFR30B	批号：W210414	GB 9706.1-2007；粤械注准 20192070111	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
242	血压网络数据管理软件	深圳市	深圳理邦智慧健康发展有限公司	深圳理邦智慧健康发展有限公司	Intelligent BP Platform	批号： 100003-M212000 10002	粤械注准 20202210483	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
243	新生儿血液收集卡	深圳市	深圳联合医学科技有限公司	深圳联合医学科技有限公司	50 张/盒、SJK-01	批号：20210401	粤械注准 20202220256	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
244	新生儿小儿呼吸机	深圳市	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	NB350	出厂编号: AK6-14000362	GB 9706.1-2007;GB 9706.28-2016;国械注准 20203080493	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
245	一次性使用真空采血管	深圳市	深圳美讯医学检验科技有限公司	深圳美讯医学检验科技有限公司	K2EDTA 3ml	批号: 21042501	粤械注准 20202220323	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
246	医用防护口罩 (疫情应急产品)	深圳市	深圳瑞之谷医疗科技有限公司	深圳市龙岗区第三人民医院	RG19501	批号: 1610101M200702	GB 19083-2010;粤械注准 20202140713	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
247	全自动血细胞分析仪	深圳市	深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司	深圳赛斯鹏芯生物技术有限公司	XPEN 60 CRP & SAA	出厂编号: 0602103240449	粤械注准 20182400699	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
248	急救转运呼吸机	深圳市	深圳市安保科技有限公司	深圳市安保科技有限公司	T5	出厂编号: SN: T52008053	GB 9706.1-2007;GB 9706.28-2016;国械注准 20193080768	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
249	转运呼吸机	深圳市	深圳市安保科技有限公司	深圳市安保科技有限公司	6000S	出厂编号: SN: 6000S2103024	GB 9706.1-2007;GB 9706.28-2016;国械注准 20173544169	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
250	急救呼吸机	深圳市	深圳市安保科技有限公司	深圳市安保科技有限公司	AI16000A	出厂编号: SN: AI16000A2102003	GB 9706.1-2007;GB 9706.28-2016;国械注准 20153081579	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
251	一次性使用医用口罩	深圳市	深圳市安和医疗科技有限公司	深圳市安和医疗科技有限公司	AH-MM	批号: 20201024	粤械注准 20202141417	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
252	耳背式助听器	深圳市	深圳市奥笛声学科技有限公司	深圳市奥笛声学科技有限公司	B801	出厂编号: Y1: 8B300001;Y2: 8B300002	粤械注准 20172461172	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
253	母亲/胎儿/病人多参数监护仪	深圳市	深圳市奥生科技有限公司	深圳市奥生科技有限公司	X7	出厂编号: M012041001	YY 1079-2008《心电图监护仪》; YY 0667-200; YY 0668-2008; GB 9706.1-2007; YY 0784-2010; 粤械注准 20202180381	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
254	红外线体温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-121S	批号: BSC21A26A	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20192070399	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
255	红外线额温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-122	批号: BSC21G22C	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20192070641	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
256	红外线体温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-121S	批号: BSC21A26A	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20192070399	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
257	红外线体温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-121S	批号: BSC21G21C	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20192070399	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
258	红外线额温计	深圳市	深圳市百乐富电子科技有限公司	深圳市百乐富电子科技有限公司	IT-122	批号: BSC20A15A	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20192070641	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
259	一次性使用医用口罩	深圳市	深圳市宝捷生物医疗科技有限公司	深圳市宝捷生物医疗科技有限公司	BJSY001	批号: 20210513A	粤械注准 20212140011	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
260	红外额温计	深圳市	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	NC-9900	批号: 202003	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20152200397	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
261	上臂式电子血压计	深圳市	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	深圳市贝利斯科科技发展有限公司	BL-B920	批号: 202105	YY 0505-2012; 粤械注准 20182200152	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
262	髌关节假体 (部件名称: 股骨柄)	深圳市	深圳市博恩医疗器材有限公司	深圳市博恩医疗器材有限公司	型号:S2B00 规格: 1.5	批号: AB0548	YY 0118-2016;国械注 准 20153132395	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
263	膝关节假体 (部件名称: 胫骨垫片)	深圳市	深圳市博恩医疗器材有限公司	深圳市博恩医疗器材有限公司	型号: KI2B45 规格: 4/10	批号: AB0506	YY 0502-2016;国械注 准 20163130720	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
264	心电工作站	深圳市	深圳市博英医疗仪器 科技有限公司	深圳市博英医疗仪器 科技有限公司	BI 12D	出厂编号: G5103-00171	粤械注准 20152070480	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
265	医用红外体温 计	深圳市	深圳市德达康健股份 有限公司	深圳市德达康健股份 有限公司	DE-W11A	批号: E20100067	GB 9706.1-2007;粤械 注准 20202070183	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
266	医用红外体温 计	深圳市	深圳市德达康健股份 有限公司	深圳市德达康健股份 有限公司	DE-W21A	批号: E20030007	GB 9706.1-2007;粤械 注准 20202070184	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
267	医用外科口罩	深圳市	深圳市汉强医用材料 有限公司	深圳市汉强医用材料 有限公司	HQ-WK-01	批号: KW210101	YY 0469-2011;粤械注 准 20202142038	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
268	一次性使用医 用口罩	深圳市	深圳市汉强医用材料 有限公司	深圳市汉强医用材料 有限公司	HQ-YK-01F	批号: KY210101	粤械注准 20202142037	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
269	注射泵	深圳市	深圳市好克医疗仪器 股份有限公司	深圳市好克医疗仪器 股份有限公司	HK-400	批号: 202103006	粤械注准 20172541482	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
270	注射泵	深圳市	深圳市好克医疗仪器 股份有限公司	深圳市好克医疗仪器 股份有限公司	HK-400I	批号: 2021030007	粤械注准 20172541482	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
271	注射泵	深圳市	深圳市好克医疗仪器 股份有限公司	深圳市好克医疗仪器 股份有限公司	HK-400II	批号: 2021030008	粤械注准 20172541482	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
272	红外额温计	深圳市	深圳市合发医疗器械 有限公司	深圳市合发医疗器械 有限公司	HF-E601	批号: 20210513001	GB 9706.1-2007;粤械 注准 20212070274	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
273	病人监护仪	深圳市	深圳市和心重典医疗设备有限公司	深圳市和心重典医疗设备有限公司	ZD120B	出厂编号: CCBM155970	YY 1079-2008《心电监护仪》;YY 0667-200;YY 0668-2008;GB 9706.1-2007;YY 0784-2010;粤械注准 20182210089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
274	一次性采样拭子	深圳市	深圳市华晨阳科技有限公司	深圳市华晨阳科技有限公司	CY-93050	批号: 2019051301	粤械注准 20182410510	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
275	非接触红外额温计	深圳市	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	DT-8806H	出厂编号: 210603359	GB 9706.1-2007;粤械注准 20162070711	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
276	非接触红外额温计	深圳市	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	leyu1	出厂编号: 210605088	GB 9706.1-2007;粤械注准 20182070837	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
277	红外额温计	深圳市	深圳市汇天益电子有限公司	深圳市汇天益电子有限公司	WT3652	出厂编号: M0210700021	GB 9706.1-2007;粤械注准 20202072194	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
278	核酸提取或纯化试剂	深圳市	深圳市汇研科创生物科技有限公司	深圳市汇研科创生物科技有限公司	型号: HY-122 规格: 48 测试/盒	批号: 122210814-032	粤深械备 20150033 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
279	一次性使用微创扩张套件	深圳市	深圳市惠心诺科技有限公司	深圳市惠心诺科技有限公司	HXN04-01-18	批号: H20284082	粤械注准 20202030623	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
280	一次性使用球囊扩张压力泵	深圳市	深圳市惠心诺科技有限公司	深圳市惠心诺科技有限公司	HXN08-2030	批号: H20152214	粤械注准 20202030358	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
281	血压额温测量仪	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	BI-P6	批号: B201001	GB 9706.1-2007;粤械注准 20182200588	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	温度显示范围	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
282	医用红外体温计	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	IFR600	批号: B201015	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20162201103	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
283	医用红外体温计	深圳市	深圳市家康科技有限公司	深圳市家康科技有限公司	FR800	批号: B200233	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20162201185	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
284	医用红外额温计	深圳市	深圳市经纬科技有限公司	深圳市经纬科技有限公司	GW20226-02	批号: 20200824001	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20202071028	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
285	上臂式电子血压计	深圳市	深圳市康贝科技有限公司	深圳市康贝科技有限公司	BP103A	批号: 2101037	粤械注准 20172201141	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
286	上臂式电子血压计	深圳市	深圳市康贝科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司	BP105A	出厂编号: 2012027446	YY 0505-2012; 粤械注准 20172201141	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
287	上臂式电子血压计	深圳市	深圳市康贝科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司龙岗碧湖健康药房	BP105A	批号: 2006057	YY 0505-2012; 粤械注准 20172201141	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
288	一次性使用无菌采样拭子	深圳市	深圳市康达安生物科技有限公司	深圳市康达安生物科技有限公司	KQ001	批号: 21CY01004	粤械注准 20202221945	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
289	医用压缩式雾化器	深圳市	深圳市康时医疗器械有限公司	深圳市康时医疗器械有限公司	KS-WH200-A	批号: YA1910008	粤械注准 20192080286	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
290	新生儿专用监护仪	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	C60	出厂编号: K6210310034	粤械注准 20162071539	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
291	新生儿蓝光治疗仪	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	BL70	出厂编号: 7B210324001	粤械注准 20202091285	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
292	红外耳式体温计	深圳市	深圳市科曼医疗设备有限公司	深圳市科曼医疗设备有限公司	IRT10	出厂编号: TC210413004	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20162070885	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
293	多参数监护仪	深圳市	深圳市科瑞康实业有限公司	深圳市科瑞康实业有限公司	UP-7000	出厂编号: J3300QI05626	YY 1079-2008《心电监护仪》;YY 0667-200;YY 0668-2008;GB 9706.1-2007;YY 0784-2010;粤械注准 20162070714	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
294	红外线额温计	深圳市	深圳市科仪科技有限公司	深圳市科仪科技有限公司	DT-8806A	批号: 2021A03	GB 9706.1-2007;粤械注准 20162200513	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
295	胎儿/孕妇/病人多参数监护仪	深圳市	深圳市莱康宁医用科技股份有限公司	深圳市莱康宁医用科技股份有限公司	L8A	出厂编号: L8A2021040002	YY 1079-2008《心电监护仪》;YY 0667-200;YY 0668-2008;GB 9706.1-2007;YY 0784-2010;粤械注准 20172211733	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
296	腕式电子血压计	深圳市	深圳市老郎中电子有限公司	深圳市老郎中电子有限公司	L600F	出厂编号: Y1:20200700179; Y2: 20200700185	粤械注准 20162200483	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
297	臂式电子血压计	深圳市	深圳市老郎中电子有限公司	深圳市老郎中电子有限公司	L801C	出厂编号: 20200701299	YY 0505-2012;粤械注准 20162200472	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
298	红外额温计	深圳市	深圳市乐尔康电子科技有限公司	深圳市乐尔康电子科技有限公司	LRC-168A	批号: 210112-1	GB 9706.1-2007;粤械注准 20192070866	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	温度显示范围	
299	医用红外额温计	深圳市	深圳市乐中行科技有限公司	深圳市乐中行科技有限公司	LZX-F 168L	批号: LZX2012161A01	GB 9706.1-2007;粤械注准 20182200073	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	设备或设备部件的外部标记	
300	胶体金试纸分析仪	深圳市	深圳市雷诺华科技实业有限公司	深圳市雷诺华科技实业有限公司	LP-100	出厂编号: LP143726024	粤械注准 20152220713	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
301	多参数监护仪	深圳市	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	iM20	出厂编号: 261634-M211043 70009	YY 1079-2008《心电监护仪》;YY 0667-200;YY 0668-2008;GB 9706.1-2007;YY 0784-2010;粤械注准 20182210200	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
302	胎儿/母亲监护仪	深圳市	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	F15	出厂编号: 461082-M208065 70001	粤械注准 20202180953	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	设备或设备部件的外部标记	
303	便携式全数字彩色超声诊断系统	深圳市	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	Acclarix AX3	出厂编号: 560533-M212004 10001	粤械注准 20202062080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
304	一次性采样拭子	深圳市	深圳市美瑞科林科技有限公司	深圳市美瑞科林科技有限公司	93050 型	批号: 2021040717	粤械注准 20162411108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
305	动态心电图记录仪	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	ECG01010104	出厂编号: LA202008040120 028	粤械注准 20192071123	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
306	医用红外体温计	深圳市	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	深圳市美的连医疗电子股份有限公司	IRT101B	出厂编号: SN: LA202103170240 205	GB 9706.1-2007;粤械注准 20162070942	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
307	一次性采样拭子	深圳市	深圳市美迪科生物医疗科技有限公司	深圳市美迪科生物医疗科技有限公司	MFS-98000KQ	批号: 20210401	粤械注准 20182220808	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
308	医用压缩雾化器	深圳市	深圳市摩力康医疗科技有限公司	深圳市摩力康医疗科技有限公司	MI-M680A	批号: M680A210101	粤械注准 20172211976	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
309	医用红外体温计	深圳市	深圳市普康医疗器械有限公司	深圳市普康医疗器械有限公司	PC868	出厂编号: 210110000001	GB 9706.1-2007;粤械注准 20172200446	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
310	手臂式全自动电子血压计	深圳市	深圳市瑞安康科技有限公司	深圳市瑞安康科技有限公司	RAK268	出厂编号: 26821040760181	粤械注准 20162070012	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	辐射发射	
311	手臂式全自动电子血压计	深圳市	深圳市瑞安康科技有限公司	深圳市瑞安康科技有限公司	RAK289	出厂编号: 2892108160016	YY 0505-2012; 粤械注准 20162070012	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
312	血液透析信息管理软件	深圳市	深圳市瑞健医信科技有限公司	深圳市瑞健医信科技有限公司	RJYX-BV1	出厂编号: HDB0100000xxxx	粤械注准 20202211235	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
313	定制式矫治器	深圳市	深圳市瑞丽牙科技术有限公司	深圳市瑞丽牙科技术有限公司	保持型	出厂编号: Y1:92686; Y2:40695; Y3:40696	粤械注准 20202172175	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
314	一次性使用医用口罩	深圳市	深圳市三诺电子有限公司	深圳市三诺电子有限公司	平面型 17.5cm× 9.5cm	批号: SJY2021012302	粤械注准 20202140582	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
315	医用一次性防护服	深圳市	深圳市山而威户外装备科技有限公司	深圳市山而威户外装备科技有限公司	无菌型 185	批号: F210601W	GB 19082-2009; 粤械注准 20212140281	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
316	非顺应性冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	NCRX 3.25× 12	批号: 21110311	YY 0285.1-2017; YY 0285.4-2017; 国械注准 20193030800	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
317	球囊扩张导管	深圳市	深圳市顺美医疗股份有限公司	深圳市顺美医疗股份有限公司	RX 2.0×20	批号: SM621453	YY 0285.1-2017; YY 0285.4-2017; 国械注准 20193030947	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
318	电子视力检测仪	深圳市	深圳市斯尔顿科技有限公司	深圳市斯尔顿科技有限公司	VAT-300	批号: SC21010165	粤械注准 20182220274	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
319	眼科光学相干断层扫描仪	深圳市	深圳市斯尔顿科技有限公司	深圳市斯尔顿科技有限公司	OSE-2800	出厂编号: CB0100917	粤械注准 20142160290	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
320	间歇加压抗栓系统	深圳市	深圳市斯佳电器有限公司	深圳市斯佳电器有限公司	MHH800	出厂编号: BJ05A1567	粤械注准 20202091149	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
321	医用制氧机	深圳市	深圳市新鸿镁医疗器械有限公司	深圳市新鸿镁医疗器械有限公司	JL0-590Si	批号: 202101	粤械注准 20172541149	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
322	压缩式雾化器	深圳市	深圳市新鸿镁医疗器械有限公司	深圳市新鸿镁医疗器械有限公司	JLN-2308AS	批号: 202102	粤械注准 20142080177	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
323	医用外科口罩	深圳市	深圳市新纶科技股份有限公司	深圳市新纶科技股份有限公司	耳挂式平面型、17.5cm×9.5cm	批号: 202104SM01	YY 0469-2011; 粤械注准 20202140750	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
324	医用一次性防护服	深圳市	深圳市兴业卓辉实业有限公司	深圳市龙岗区第三人民医院	无菌型 M 1 件/包	批号: XY0215	GB 19082-2009; 粤械注准 20202140440	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
325	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	230-10-6-1/3.0mm×10mm	批号: F192108102	YY 0285.1-2017; YY 0285.4-2017; 国械注准 20193030599	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
326	冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	深圳市业聚实业有限公司	深圳市业聚实业有限公司	1.5mm×20mm	批号: F202106010	YY 0285.1-2017; YY 0285.4-2017; 国械注准 20203030319	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
327	红外额式体温计	深圳市	深圳市永盟智能信息系统有限公司	深圳市永盟智能信息系统有限公司	YMITF01	出厂编号: FM012A00502000	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20152070352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
328	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-W863L	出厂编号: Y1: 2021030721261; Y2: 2021030724325	粤械注准 20142070067	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
329	臂式电子血压计	深圳市	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-B872	出厂编号: 202109034929	YY 0505-2012; 粤械注准 20142200066	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
330	手腕式电子血压计	深圳市	深圳市正康科技有限公司	深圳市正康科技有限公司	ZK-W863	出厂编号: 202110014786	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070067	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
331	医用红外体温计	深圳市	深圳市正生技术有限公司	深圳市正生技术有限公司	A200	出厂编号： A200210300001	GB 9706.1-2007；粤械 注准 20202071121	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
332	面部皮肤注射泵	深圳市	深圳市中科微光医疗器械技术有限公司	深圳市中科微光医疗器械技术有限公司	Skin 2 Skin Med	出厂编号：SN： S2S21030704	粤械注准 20192140800	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
333	多参数监护仪	深圳市	深圳市中微泽电子有限公司	深圳市中微泽电子有限公司	F15	出厂编号： 510U8144034	YY 1079-2008《心电 监护仪；YY 0667-200；YY 0668-2008；GB 9706.1-2007；YY 0784-2010；粤械注准 20172211770	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	设备或设备 部件的外部 标记	
334	一次性使用病毒采样管	深圳市	深圳市梓健生物科技有限公司	深圳市梓健生物科技有限公司	规格：25支/ 盒 型号：灭 活型（VI 10-3.5-25）	批号： 20211107-02	粤深械备 20190041 号	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
335	超声多普勒胎儿心率仪	深圳市	深圳熙康医疗科技有限公司	深圳熙康医疗科技有限公司	F100	批号：20201001	粤械注准 20182181123	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
336	医用制氧机	深圳市	深圳心诺智造医疗有限公司	深圳心诺智造医疗有限公司	Y4	出厂编号： Q5502021040009	粤械注准 20162541534	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
337	红外额温计	深圳市	深圳亿能终端有限公司	深圳亿能终端有限公司	LE20	出厂编号： YN202104012404 2	GB 9706.1-2007；粤械 注准 20202071951	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	设备或设备 部件的外部 标记	
338	视频喉镜	深圳市	深圳因赛德思医疗科技有限公司	深圳因赛德思医疗科技有限公司	insight iS3	出厂编号： CA0213172	粤械注准 20152081252	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
339	一次性使用无菌采样拭子	深圳市	深圳远健生物科技有限公司	深圳远健生物科技有限公司	TFS-TC（口 腔）	批号：20210215	粤械注准 20202221838	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
340	一次性使用医用口罩	深圳市	深中海医疗用品(深圳)有限公司	深中海医疗用品(深圳)有限公司	20130045B-003	批号: 202103180100	粤械注准 20162641272	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
341	医用脱脂棉	深圳市	生产企业: 稳健医疗用品股份有限公司; 受托企业: 稳健医疗(嘉鱼)有限公司	深圳市前海玛仕特健康管理有限公司	0.3g/个	批号: 20210123	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
342	医用脱脂棉	深圳市	生产企业: 稳健医疗用品股份有限公司; 受托企业: 稳健医疗(嘉鱼)有限公司	深圳市龙湖区人民医院	0.3g/个	批号: 20201224	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
343	医学影像存储与传输系统软件	深圳市	腾讯医疗健康(深圳)有限公司	腾讯医疗健康(深圳)有限公司	MY-PACS-01	出厂编号: MD5 码: 2E7BE1975998A4 AD84C04374D5A3 593E	粤械注准 20202210768	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
344	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	天津中生乳胶有限公司	深圳市润泽堂药业连锁有限公司	光面、粉色、香草	批号: LB20083	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20202180122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
345	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	天津中生乳胶有限公司	深圳市永安堂大药房连锁有限公司	52mm 螺纹	批号: LY20072	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20152660127	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
346	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	天津中生乳胶有限公司	深圳市康卓医药有限公司	平均宽度 52mm 光面	批号: LB18086	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20152660127	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
347	医用一次性防护服	深圳市	稳健医疗(崇阳)有限公司	广州中医药大学深圳医院(福田)	170 连身式	批号: 20200822	GB 19082-2009; 鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
348	医用一次性防护服	深圳市	稳健医疗(崇阳)有限公司	深圳市盐田区人民医院	175 连身式	批号: 20200926-3	GB 19082-2009; 鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
349	医用防护口罩	深圳市	稳健医疗(黄冈)有限公司	深圳市盐田区人民医院	N95(折叠式)	批号: 20201009	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 湖北省医疗器械质量监督检验研究院	符合	/	
350	医用防护口罩	深圳市	稳健医疗(黄冈)有限公司	广州中医药大学深圳医院(福田)	N95(折叠式)	批号: 20201119	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
351	医用防护口罩	深圳市	稳健医疗(黄冈)有限公司	南方医科大学深圳医院	N95(折叠式)	批号: 20201215-1	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
352	医用护理口罩	深圳市	稳健医疗(黄冈)有限公司	深圳市正洲大药房连锁有限公司	长方形 挂耳型 17cmx9cm-3p	批号: 20201226-43	YY 0469-2011; 鄂械注准 20142142015	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
353	医用脱脂棉	深圳市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	深圳市大鹏新区妇幼保健院	0.5g/个	批号: 20210309	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
354	医用脱脂棉	深圳市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	深圳市永祥药房连锁有限公司	0.5g/个	批号: 20210720	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
355	医用脱脂棉	深圳市	稳健医疗用品股份有限公司	深圳市儿童医院	500g/卷	批号: 20201113	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
356	医用脱脂棉	深圳市	稳健医疗用品股份有限公司	深圳市泰康堂医药有限公司	0.8g/个	批号: 20210322	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
357	医用外科口罩	深圳市	稳健医疗用品股份有限公司	稳健医疗用品股份有限公司	长方形 挂耳 17cm×9cm	批号: 2021021565	YY 0469-2011; 粤械注准 20152140745	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
358	医用外科口罩	深圳市	稳健医疗用品股份有限公司	稳健医疗用品股份有限公司	长方形 挂耳 17cm×9cm	批号: 202103252	YY 0469-2011; 粤械注准 20152140745	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
359	医用脱脂棉	深圳市	徐州弘立卫生材料有限公司	广东和兴堂药业连锁有限公司鹅埠分店	10g/包	批号: 20210713	苏械注准 20172640929	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
360	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	业聚医疗器械(深圳)有限公司	业聚医疗器械(深圳)有限公司	234-R-1010J	批号: 2106802104	YY 0285.1-2017; YY 0285.4-2017; 国械注准 20173770784	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
361	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管	深圳市	业聚医疗器械(深圳)有限公司	业聚医疗器械(深圳)有限公司	225-103-2J	批号: 1609752107	YY 0285.1-2017; YY 0285.4-2017; 国械注准 20153030603	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
362	医用棉球	深圳市	亿信医疗器械股份有限公司	中国科学院大学深圳医院(光明)	中号	批号: 200902695	豫械注准 20162640695	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
363	医用外科口罩	深圳市	玉溪美辰医疗用品有限公司	深圳市永祥药房连锁有限公司鹅埠分店	平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm×3层	批号: SM20200604	YY 0469-2011; 滇械注准 20202140062	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 云南省医疗器械检验研究院	不符合	口罩带	
364	一次性使用医用口罩	深圳市	玉溪美辰医疗用品有限公司	深圳市永祥药房连锁有限公司鹅埠分店	平面形耳挂式 17.5cm×9.5cm×3层	批号: DM20200804	滇械注准 20202140032	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 云南省医疗器械检验研究院	不符合	口罩带	
365	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	湛江市汇通药业有限公司	深圳市萨米医疗中心	光面型	批号: 210343	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
366	天然胶乳橡胶避孕套	深圳市	湛江市汇通药业有限公司	深圳市光明区妇幼保健院	颗粒型	批号: 21050103	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
367	脱脂棉球	深圳市	振德医疗用品股份有限公司	深圳远东妇产医院	0.3g	批号: 20201028	浙械注准 20172640720	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
368	医用棉球	深圳市	注册人：河南康尔健医疗科技有限公司； 委托方企业：河南健和实业有限公司	深圳市盐田区人民医院	中号	批号：421020371	豫械注准 20182140433	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
369	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	NULATEX SDN. BHD (代理人：广州先波健康产业有限公司)	珠海市健春堂药业有限公司江湾店	颗粒型	批号：2005/15	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
370	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	NULATEX SDN. BHD (代理人：广州先波健康产业有限公司)	珠海市济生医药连锁有限公司恒雅分店	平滑超薄型	批号：SN20061	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
371	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	NULATEX SDN. BHD (代理人：广州先波健康产业有限公司)	珠海市济生医药连锁有限公司恒雅分店	螺纹型	批号：SN20064	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
372	全自动上臂式血压计	珠海市	爱安德电子(深圳)有限公司	大参林医药集团股份有限公司珠海红旗藤山分店	UA-611A	批号：20191007	YY 0505-2012; 粤械注准 20192070586	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
373	一次性使用医用口罩	珠海市	蚌埠崇迪生物科技有限公司	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司横琴分店	平面耳挂式 175mm*95mm	批号：20200601	皖械注准 20202140056	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	通气阻力	
374	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	冈本株式会社(代理人：深圳市万生堂实业有限公司)	大参林医药集团股份有限公司珠海狮山分店	Okamoto Purity condom	批号： HK0931203B	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20152180392	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
375	多参数监护仪	珠海市	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	M800	出厂编号： M017A087016	YY 1079-2008《心电图监护仪》; YY 0667-200; YY 0668-2008; GB 9706.1-2007; YY 0784-2010; 粤械注准 20152071048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果注	主要不合 格项目	备注
376	多参数监护仪	珠海市	广东宝莱特医用科技股份有限公司	广东宝莱特医用科技股份有限公司	M9000	出厂编号： M006A033335	YY 1079-2008《心电监护仪》；YY 0667-200；YY 0668-2008；GB 9706.1-2007；YY 0784-2010；粤械注准 20162070613	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
377	医用外科口罩	珠海市	广东博奥康医疗科技有限公司	珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司南水分店	耳挂式(非无菌) 17.5cm×9.5cm	批号：20201003	YY 0469-2011；粤械注准 20202141311	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
378	一次性使用病毒采样管	珠海市	广东康德莱医疗器械集团有限公司	广东康德莱医疗器械集团有限公司	B型 3ml	批号：批 210813	粤珠械备 20200068号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
379	医用脱脂棉球	珠海市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	广东省中医院珠海医院	15克/50粒	批号：20201105	粤械注准 20162640495	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
380	臂式电子血压计	珠海市	杭州世佳电子有限公司	珠海横琴康乐美大药房	BP-13a	批号：200619	YY 0505-2012；浙械注准 20182200132	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
381	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	河北优科斯橡胶科技有限公司	珠海市金湾区妇幼保健计划生育服务中心	光面型	批号：20070702	GB/T 2828.1-2012；冀械注准 20172660292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
382	臂式电子血压计	珠海市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	珠海市汇通达医药有限公司	YE655D	批号：2105 序列号 02	YY 0505-2012；苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
383	臂式电子血压计	珠海市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	珠海市斗门区白蕉镇卫生院	YE655D	批号：2105 序列号 16	YY 0505-2012；苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
384	电子血压计(臂式)	珠海市	可孚医疗科技股份有限公司	大参林医药集团股份有限公司珠海夏湾分店	KF-65B	批号：P02104023	YY 0505-2012；湘械注准 20162200322	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
385	电子血压计	珠海市	欧姆龙（大连）有限公司	珠海市康乐药堂有限公司	HEM-7135	批号：202011L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20192070081	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
386	电子血压计	珠海市	欧姆龙（大连）有限公司	珠海高新技术产业开发区 金鼎社区卫生服 务中心	HEM-7130	批号：202101L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20192070081	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
387	电子血压计	珠海市	欧姆龙（大连）有限公司	珠海市济生医药连锁 有限公司红旗分店	L10	批号：202103L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
388	电子血压计	珠海市	欧姆龙（大连）有限公司	珠海市济仁堂药房有 限公司	HEM-7121	批号：201911L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
389	天然胶乳橡胶 避孕套	珠海市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	大参林医药集团股份 有限公司珠海狮山分 店	标称宽度 52mm	批号： 1001444794	GB/T 2828.1-2012; 鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
390	天然胶乳橡胶 避孕套	珠海市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	大参林医药集团股份 有限公司珠海狮山分 店	标称宽度 52mm	批号： 1001452383	GB/T 2828.1-2012; 鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
391	天然胶乳橡胶 避孕套	珠海市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	珠海一药健康医药有 限公司金鼎分店	标称宽度 52mm	批号： 1001402943	GB/T 2828.1-2012; 鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
392	医用脱脂棉	珠海市	生产企业：稳健医疗 用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗 （嘉鱼）有限公司	珠海市人民医院	0.3g/个	批号：20210113	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
393	医用脱脂棉	珠海市	生产企业：稳健医疗 用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗 （嘉鱼）有限公司	广东省人民医院珠海 医院（珠海市金湾中 心医院）	0.3g/个	批号：20210126	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
394	医用脱脂棉	珠海市	生产企业：稳健医疗 用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗 （嘉鱼）有限公司	珠海高新技术产业开 发区人民医院	0.3g/个	批号：20210126	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
395	医用脱脂棉	珠海市	生产企业：稳健医疗用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗（嘉鱼）有限公司	珠海市人民医院横琴医院	0.3g/个	批号：20190925	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
396	医用脱脂棉	珠海市	生产企业：稳健医疗用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗（嘉鱼）有限公司	珠海市中西医结合医院	0.3g/个	批号：20201124	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
397	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	天津中生乳胶有限公司	大参林医药集团股份有限公司珠海狮山分店	螺纹	批号：LH210211	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20202180122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
398	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	天津中生乳胶有限公司	大参林医药集团股份有限公司珠海狮山分店	光面型	批号：LB210324	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20202180122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
399	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	天津中生乳胶有限公司	大参林医药集团股份有限公司珠海白藤二路分店	光面、宽度52mm	批号：LB210617	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20202180122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
400	医用一次性防护服	珠海市	稳健医疗（崇阳）有限公司	中山大学附属第五医院	170	批号：20200808	GB 19082-2009; 鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
401	医用一次性防护服	珠海市	稳健医疗（崇阳）有限公司	珠海市斗门区井岸镇卫生院	175 连身式	批号： 20200924-5	GB 19082-2009; 鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
402	医用防护口罩	珠海市	稳健医疗（黄冈）有限公司	珠海市金湾区三灶镇卫生院	N95（折叠式）	批号：20201024	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：湖北省医疗器械质量监督检验研究院	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
403	医用防护口罩	珠海市	稳健医疗(黄冈)有限公司	中山大学附属第五医院	N95(折叠式)	批号: 20200924	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 深圳市医疗器械检测中心	符合	/	
404	医用棉球	珠海市	新乡市华西卫材有限公司	珠海市斗门区侨立中医院	小号	批号: 20310148	豫械注准 20192140719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
405	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	湛江市汇通药业有限公司	珠海市万青医药连锁有限公司金地分店	光面型	批号: 201117	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
406	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	湛江市汇通药业有限公司	珠海市济生医药连锁有限公司恒雅分店	光面型 52±2mm	批号: AA2010	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
407	天然胶乳橡胶避孕套	珠海市	湛江市汇通药业有限公司	珠海市济生医药连锁有限公司恒雅分店	颗粒型 52±2mm	批号: JYB2010	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
408	定制式固定义齿	珠海市	珠海凯美义齿科技有限公司	珠海凯美义齿科技有限公司	二氧化锆全锆冠、二氧化锆全锆桥	出厂编号: 货件编码: KM109	粤械注准 20202172155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
409	定制式活动义齿	珠海市	珠海凯美义齿科技有限公司	珠海凯美义齿科技有限公司	树脂基托可摘全口义齿	出厂编号: 货件编码: KM111	粤械注准 20202172156	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
410	红外偏振光治疗仪	珠海市	珠海康嘉医疗器械有限公司	珠海康嘉医疗器械有限公司	CSZ-860I	批号: 20210105	粤械注准 20182260182	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	电快速瞬变脉冲群	
411	红外偏振光治疗仪	珠海市	珠海康嘉医疗器械有限公司	珠海康嘉医疗器械有限公司	CSZ-860II	批号: 20210105	粤械注准 20182260182	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
412	内窥镜摄像系统	珠海市	珠海市迪谱医疗科技有限公司	珠海市迪谱医疗科技有限公司	DPM-III-01	出厂编号: 2072004006	粤械注准 20202060018	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
413	定制式固定义齿	珠海市	珠海市华冠贸易有限公司	珠海市华冠贸易有限公司	镍铬烤瓷冠、镍铬烤瓷桥	出厂编号：0021695	粤械注准 20182630048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
414	便携式超声雾化器	珠海市	珠海市睿康医疗科技有限公司	珠海市睿康医疗科技有限公司	RK-UA100	批号：UA201912001F	粤械注准 20172231542	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	指示灯和按钮	
415	医用脱脂棉纱布	珠海市	珠海市润安卫生材料制造有限公司	珠海市润安卫生材料制造有限公司	普通级 纱布块：34cm×40cm	批号：20210518	粤械注准 20152140331	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
416	医用脱脂棉	珠海市	珠海市润安卫生材料制造有限公司	珠海市润安卫生材料制造有限公司	100g/包	批号：20210402	粤械注准 20172640436	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
417	尿流量监测仪	珠海市	珠海威瑞医疗科技有限公司	珠海威瑞医疗科技有限公司	WR8000	出厂编号：AA01700031	粤械注准 20192070129	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
418	一次性使用医用口罩	珠海市	珠海新利磁头公司	珠海新利磁头公司	HD0969 175mmx95mm	批号：M20210201	粤械注准 20202141371	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
419	天然胶乳橡胶避孕套	汕头市	Karex Industries Sdn. Bhd. (代理人：广州市一统医药科技有限公司)	汕头市长江大医药有限公司	颗粒型	批号：21N0265	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20172665104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
420	天然胶乳橡胶避孕套	汕头市	SSN 医物用品有限公司 (代理人：北京非非医疗器械有限公司)	汕头市濠江区润捷购物广场	普通平面型	批号：JB20112	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20202181535	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
421	天然胶乳橡胶避孕套	汕头市	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	汕头市百佳传承医药有限公司	光面型	批号：010030	GB/T 2828.1-2012; 辽械注准 20172660192	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
422	天然胶乳橡胶避孕套	汕头市	冈本株式会社 (代理人：深圳市万生堂实业有限公司)	汕头市业昌贸易有限公司	光面型	批号：HK041E119	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162182257	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
423	医用外科口罩 (疫情应急产品)	汕头市	广东达成弘业生物科技有限公司	广东达成弘业生物科技有限公司	YY-L	批号: 2021011003	粤械注准 20202141559	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
424	医用防护口罩	汕头市	广东凯迪服饰有限公司	广东凯迪服饰有限公司	KF-L	批号: 20200901	GB 19083-2010; 粤汕械应急备 20200032号	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 佛山中纺联检验技术服务有限公司	符合	/	
425	一次性使用医用口罩	汕头市	广东省粤东磁电有限公司	广东省粤东磁电有限公司	耳挂式(非无菌) 17.5cm×9.5cm	批号: 01210109	粤械注准 20202142137	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
426	医用防护口罩	汕头市	河南省中健医疗器械有限公司	潮阳同济医院	立体形(N95)	批号: 20091812	GB 19083-2010; 豫械注准 20162640667	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
427	医用棉球	汕头市	河南亚都实业有限公司	汕头市潮阳区大峰医院	小号	批号: 2011CC0037	豫械注准 20182140681	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
428	医用脱脂棉	汕头市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	汕头优药良品大药房连锁有限公司四季园分店	100g/包	批号: 20200803	苏械注准 20162640461	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 安徽省食品药品检验研究院	不符合	表面活性物质	
429	臂式电子血压计	汕头市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	南澳县博源医药有限公司	YE655D	出厂编号: 2104030329	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
430	臂式电子血压计	汕头市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	汕头市澄海区健发实业总公司	YE650C	批号: 2012 序列号 02	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
431	臂式电子血压计	汕头市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	汕头市凯德药店连锁有限公司文光分店	YE650F	批号: 2105	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
432	医用颗粒物防护口罩	汕头市	明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司	汕头潮南民生医院	9132	批号: E20220709	GB 19083-2010; 沪械注准 20182140299	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
433	电子血压计	汕头市	欧姆龙(大连)有限公司	汕头市凯德药品连锁有限公司嵩山分店	HEM-7125J	批号: 202008L	YY 0505-2012; 辽械注准 20192070081	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
434	医用棉球	汕头市	飘安控股集团有限公司	汕头潮南民生医院	中号	批号: 002201102	豫械注准 20192140632	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	荧光物	
435	医用棉球	汕头市	青岛海诺生物工程有限公司	汕头市凯德药店连锁有限公司嵩山分店	0.2g/粒	批号: 210601	鲁械注准 20182640216	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
436	天然胶乳橡胶避孕套	汕头市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	汕头市楠创科技有限公司	标称宽度 52mm	批号: 1001451639	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
437	一次性使用医用外科口罩	汕头市	厦门蓝星企业有限公司	康泽药业连锁有限公司南澳后宅龙滨分店	中号 14cmx9.5cm	批号: 20200912	YY 0469-2011; 闽械注准 20162640175	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
438	一次性使用医用外科口罩	汕头市	厦门蓝星企业有限公司	汕头市康洋寰宇天下药店	中号 14cm*9.5cm	批号: 20201020	YY 0469-2011; 闽械注准 20162640175	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
439	医用外科口罩	汕头市	汕头市唐绵服饰有限公司	汕头市唐绵服饰有限公司	17×9.5cm	批号: 20210130	YY 0469-2011; 粤械注准 20202140785	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
440	电针仪	汕头市	汕头市医用设备厂有限公司	汕头市医用设备厂有限公司	6805-D	批号: AD2102087	粤械注准 20172260590	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
441	天然胶乳橡胶 避孕套	汕头市	上海名邦橡胶制品有 限公司	汕头市北斗生物科技 有限公司	光面超薄型	批号：MS20101	GB/T 2828.1-2012;沪 械注准 20182660028	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
442	电子血压计	汕头市	松下电气机器(北京) 有限公司	汕头市潮南区嘉康医 疗器械有限公司	EW-BU05	生产日期： 20210116	YY 0505-2012;京械注 准 20162070080	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
443	医用一次性防 护服	汕头市	稳健医疗(崇阳)有 限公司	汕头市金平区人民医 院	170 连身式	批号： 20200922-2	GB 19082-2009;鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
444	医用脱脂棉	汕头市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	广东恒青大药房连锁 有限公司南澳海滨路 分店	0.3g/个	批号：20201221	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
445	医用脱脂棉	汕头市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	汕头市澄海区新益民 药业有限公司	0.5g/个	批号：20200718	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
446	医用脱脂棉	汕头市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	汕头市凯德药品连锁 有限公司朱合分店	0.8g/个	批号：20201005	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
447	天然橡胶胶乳 男用避孕套	汕头市	武威市威乐乳胶科技 有限公司	汕头市业昌贸易有限 公司	组合型	批号：Z210509	GB/T 2828.1-2012;甘 械注准 20172660002	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
448	医用脱脂棉	汕头市	徐州市鲲鹏卫生材料 有限公司	汕头市濠江区葆和药 店	10g	批号：20200601	苏械注准 20172642213	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	下沉时间	
449	医用脱脂棉 (非无菌)	汕头市	阳谷景阳岗卫生材料 厂	汕头市烯康医药有限 公司	50g	生产日期：2021 年01月08日	鲁械注准 20172640352	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
450	医用脱脂棉	韶关市	曹县华鲁卫生材料有 限公司	韶关市众康医药有限 公司	10g	批号：20200103	鲁械注准 20152640484	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	下沉时间	
451	天然胶乳橡胶 避孕套	韶关市	大连乳胶有限责任公 司	始兴县太平镇中心卫 生院	标称宽 度:52mm	批号：20080301	GB/T 2828.1-2012;辽 械注准 20162660123	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
452	一次性使用外科口罩	韶关市	广东瑞华医疗器械有限公司	韶关市大参林药店有限公司仁化泌湘园分店	17.5cmx9.5cm	批号：20201210	YY 0469-2011;粤械注准 20202141273	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
453	天然胶乳橡胶避孕套	韶关市	广州万方健医药有限公司	韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司曲江中山二路分店	标称宽度： 52mm	批号：AC1A1042	GB/T 2828.1-2012;粤械注准 20182660489	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
454	医用脱脂棉	韶关市	广州永益医疗器械有限公司	核工业四一九医院	灭菌级	批号：20210301	粤械注准 20192140695	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
455	医用棉球	韶关市	河南省健琪医疗器械有限公司	南雄市人民医院	小号	批号：20050219B	豫械注准 20182140493	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
456	医用一次性防护服	韶关市	江西洪达医疗器械集团有限公司	韶关市妇幼保健院	连身式(无菌) 165	批号：20201112	GB 19082-2009;赣械注准 20202140087	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
457	一次性使用医用口罩	韶关市	江西瑞邦实业集团有限公司	韶关市精心大药房有限公司时代分店	挂耳式 无菌型 17.5cmx9.5cm	批号：20201211	赣械注准 20202140127	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
458	医用外科口罩	韶关市	乐昌市宝创环保新材料制品有限公司	乐昌市宝创环保新材料制品有限公司	BCP3003 平板式 17.5cm × 9.5cm	批号：20201215	YY 0469-2011;粤械注准 20202141778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
459	医用外科口罩	韶关市	辽宁梦网鑫由达医疗器械有限公司	韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司新丰双龙路分店	平面形耳挂式(无菌) 17.5cmx9.5cm	批号：20201019	YY 0469-2011;辽械注准 20202140290	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
460	医用棉球	韶关市	飘安控股集团有限公司	始兴县人民医院	小号	批号：002201101	豫械注准 20192140632	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
461	天然胶乳橡胶避孕套	韶关市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	广东爱心大药房连锁有限公司翁源阳光花园分店	标称宽度 52mm	批号： 1001399578	GB/T 2828.1-2012;鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
462	医用脱脂棉	韶关市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广东爱心大药房连锁有限公司翁源建设分店	0.3g/个	批号: 20210201	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
463	电子血压计	韶关市	武汉璟泓科技股份有限公司	广东爱心大药房连锁有限公司风采路分店	JHABPM002	批号: 200101A01	YY 0505-2012; 鄂械注准 20192072645	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
464	医用防护口罩	韶关市	亿信医疗器械股份有限公司	乐昌市中医院	折叠形	批号: 201201615	GB 19083-2010; 豫械注准 20182140615	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	过滤效率、密合性	
465	医用防护口罩	韶关市	亿信医疗器械股份有限公司	韶关市曲江区妇幼保健院	折叠形	批号: 200603615	GB 19083-2010; 豫械注准 20182140615	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
466	一次性使用医用口罩	韶关市	玉溪美辰医疗用品有限公司	韶关市福康大药房医药有限公司	平面型、耳挂式、17.5cmx9.5cmx3层	批号: DM20200807	滇械注准 20202140032	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
467	天然胶乳橡胶避孕套	韶关市	湛江市汇通药业有限公司	乐昌市益百康药店有限公司	光面型	批号: MF2101	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
468	天然胶乳橡胶避孕套	韶关市	湛江市汇通药业有限公司	韶关市众康医药有限公司	光面型	批号: 19092B	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
469	一次性使用医用口罩(非无菌型)	韶关市	长沙世联达科技有限公司	韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司始兴南门路分公司	17.5x9.5cm-3层	批号: YYKZ045	湘械注准 20202141130	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
470	智能臂式电子血压计	韶关市	注册人：天津九安医疗电子股份有限公司/委托生产企业：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司	韶关市大参林药店有限公司乐昌金融路分店	KD-5965	批号：202111011001	YY 0505-2012；津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
471	天然胶乳橡胶避孕套	河源市	GUMMITECH INDUSTRIES SDN. BHD（代理人：广东诚美经济发展有限公司）	广东润莱大药房连锁有限公司润华府分店	光面型	批号：19A011	GB/T 2828.1-2012；国械注进 20152663091	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
472	天然胶乳橡胶避孕套	河源市	NULATEX SDN. BHD（代理人：北京金协信商贸有限责任公司）	广东佗王连锁药店有限公司龙川眠牛形分店	平滑超薄型	批号：SN18111	GB/T 2828.1-2012；YZB/MAL 4526-2014	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
473	一次性使用医用口罩（疫情应急产品 非无菌）	河源市	广东华衣云商科技有限公司	河源大参林药店有限公司连平十字街分店	耳挂式 成人型 17.5cm×9.5cm	批号：YY20201017	粤械注准 20202140722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
474	定制式活动义齿	河源市	广东精鹰增材制造技术有限公司	广东精鹰增材制造技术有限公司	钴铬支架可摘局部义齿	出厂编号：210416002	粤械注准 20172630560	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	连接体和卡环	
475	一次性使用医用口罩	河源市	广东九天绿药业有限公司	广东九天绿药业有限公司	耳挂式（mm）：175×95	批号：20210101	粤械注准 20202140614	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
476	一次性使用医用口罩	河源市	广东九天绿药业有限公司	广东九天绿药业有限公司	耳挂式（mm）：175×95	批号：20210101	粤械注准 20202140614	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
477	一次性使用医用外科口罩	河源市	广州市洛华医疗器械实业有限公司	东源县人民医院	耳挂式（17.5±1）×（17±1）cm	批号：20201009	YY 0469-2011；粤械注准 20192140472	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
478	天然胶乳橡胶避孕套	河源市	桂林爱超健康产业有限公司	广东润莱大药房连锁有限公司德润华府分店	W52±2mm 光面型（超薄）	批号：C21011	GB/T 2828.1-2012；桂械注准 20192180073	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
479	天然胶乳橡胶避孕套	河源市	桂林紫竹乳胶制品有限公司	连平县妇幼保健院	物理延时光面型	批号：20091201	GB/T 2828.1-2012; 桂械注准 20162660095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
480	医用防护口罩	河源市	河南汇博医疗股份有限公司	紫金县中医院	折叠式(无菌) M	批号：20060759	GB 19083-2010; 豫械注准 20202141506	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
481	一次性使用医用口罩	河源市	河源市德轩医用科技有限公司	河源市德轩医用科技有限公司	DX-01 挂耳式(非无菌)	批号: 202101001	粤械注准 20202140721	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
482	定制式固定义齿	河源市	河源市精鹰义齿技术有限公司	河源市精鹰义齿技术有限公司	二氧化锆全瓷冠(桥)	出厂编号: 210416005	粤械注准 20172630557	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	耐急冷急热性	
483	红外线体温计	河源市	河源市乐源智能科技有限公司	河源市乐源智能科技有限公司	LY-F1	批号: 202011001	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20202070348	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
484	一次性使用医用防护服	河源市	江西鑫虹医疗器械有限公司	河源市源城区埔前镇卫生院	连体式 175 (XL)	批号: 20200828	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140357	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
485	医用外科口罩	河源市	南昌市东海医疗器材有限公司	紫金县临江卫生院	10 只装	批号: 20200908	YY 0469-2011; 赣械注准 20202140143	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
486	医用棉球	河源市	南昌市福康医疗器械有限公司	和平县妇幼保健院	小号	批号: 20210308	赣械注准 20162640133	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
487	电子血压计	河源市	欧姆龙(大连)有限公司	和平县妇幼保健院	HEM-8613	出厂编号: 20200901948LF	YY 0505-2012; 辽械注准 20162200037	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
488	电子血压计	河源市	欧姆龙健康医疗株式会社(代理人: 欧姆龙健康医疗(中国)有限公司)	紫金县人民医院	HEM-7136	批号: 202011B	YY 0505-2012; 国械注进 20162201120	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
489	医用脱脂棉	河源市	生产企业：稳健医疗用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗（嘉鱼）有限公司	连平县中医院	500g/卷	批号：20200305	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
490	医用脱脂棉	河源市	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	河源市百杏林药业连锁有限公司广场路分公司	0.3g/个	批号：20210315	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
491	医用脱脂棉	河源市	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	龙川县妇幼保健院	0.5g/个	批号：20201020	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
492	医用防护口罩	河源市	新乡市畅达医疗器械有限公司	和平县人民医院	折叠式挂耳式	批号：20042801	GB 19083-2010; 豫械注准 20172640181	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	密合性	
493	天然胶乳橡胶避孕套	河源市	浙江相伴乳胶制品有限公司	东源县卫生健康服务中心	螺纹型	批号：20070904	GB/T 2828.1-2012; 浙械注准 20162660689	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
494	脱脂棉球	河源市	振德医疗用品股份有限公司	东源县人民医院	0.3g	批号：20210422	浙械注准 20172640720	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
495	医用一次性防护服	河源市	振德医疗用品股份有限公司	龙川县人民医院	灭菌型 175cm	批号：20200916	GB 19082-2009; 浙械注准 20192140166	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
496	医用红外体温计	梅州市	辰浩医疗科技(广东)有限公司	辰浩医疗科技(广东)有限公司	CH-818	批号：20210301	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20212070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
497	医用脱脂棉	梅州市	福鼎市康福医疗器材有限公司	丰顺县东山药业有限公司	6克	批号：20201203	闽械注准 20172640141	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	荧光物	
498	一次性使用医用口罩	梅州市	广东立德医疗科技有限公司	广东深华大药房连锁有限公司大埔西环路分店	挂耳式 17.5cm× 9.5cm	批号：20200802D	粤械注准 20202140857	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果注	主要不合格项目	备注
499	医用脱脂棉球	梅州市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	大埔县妇幼保健计划生育服务中心	5g10粒	批号: 089201110	粤械注准 20162640495	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
500	医用防护口罩	梅州市	河南圣士康医疗器械有限公司	梅州市梅县区中医医院	折叠挂耳式	批号: 20200701	GB 19083-2010; 豫械注准 20202141555	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
501	医用脱脂棉	梅州市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	兴宁市明兴医药有限公司	5克	批号: 20200810	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	荧光物	
502	臂式电子血压计	梅州市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	梅州康泰医疗设备有限公司	YE655A	批号: 2103 序列号 01	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
503	一次性使用医用防护服	梅州市	江西鑫虹医疗器械有限公司	梅州市梅县区中医医院	连体式	批号: 20200806	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140357	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	外观针距	
504	医用外科口罩	梅州市	金利来(中国)有限公司	金利来(中国)有限公司	平面挂耳式(无菌) 175×95 (mm)	批号: 21F02	YY 0469-2011; 粤械注准 20212140559	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
505	天然胶乳橡胶避孕套	梅州市	晋江市康乐乳胶用品有限公司	广东保灵医药有限公司	光面型	批号: 20050322A	GB/T 2828.1-2012; 闽械注准 20162660041	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
506	天然胶乳橡胶避孕套	梅州市	茂名市江源乳胶制品有限公司	兴宁市御安大药房	光面型	批号: 210117E3	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20152180305	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
507	医用外科口罩	梅州市	南昌市恒康医疗器械有限公司	梅州市兴南药业有限公司	17.5cm×15cm	批号: 20201006	YY 0469-2011; 赣械注准 20202140078	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
508	天然胶乳橡胶避孕套	梅州市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	广东深华大药房连锁有限公司	标称宽度 52mm	批号: 1001452380	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
509	手臂式数字电子血压计	梅州市	深圳市捷美瑞科技有限公司	梅州振佳新特药有限公司	B57	批号： 2019080102174	YY 0505-2012;粤械注 准 20142200322	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
510	医用防护口罩	梅州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	梅州市妇幼保健计划 生育服务中心	N95(折叠式)	批号：20201130	GB 19083-2010;鄂械 注准 20162642419	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：湖北省医疗器 械质量监督检验 研究院	符合	/	
511	医用脱脂棉	梅州市	徐州利尔康卫生材料 有限公司	梅州市华弘医药有限 公司	10 克	批号：20200629	苏械注准 20172640562	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
512	医用脱脂棉	梅州市	徐州利尔康卫生材料 有限公司	广东保灵医药有限公 司	10 克	批号：20210603	苏械注准 20172640562	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
513	天然胶乳橡胶 避孕套	梅州市	浙江相伴乳胶制品有 限公司	蕉岭县妇幼保健计划 生育服务中心	螺旋型 52mm ±2mm	批号： 20071004807	GB/T 2828.1-2012;浙 械注准 20162660689	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
514	医用一次性防 护服	梅州市	振德医疗用品股份有 限公司	梅州市妇幼保健计划 生育服务中心	灭菌型 170cm	批号：20201125	GB 19082-2009;浙械 注准 20192140166	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
515	一次性使用医 用口罩	梅州市	中山康芝健康科技有 限公司	广东深华药业有限公 司	HS-01	批号： 2020121901	粤械注准 20182640604	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
516	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	KAREX INDUSTRIES SDN. Bhd. (代理人： 广东诺丝科技股份有 限公司)	惠州市良健医药有限 公司	平面型	批号：L7930	GB/T 2828.1-2012;国 械注进 20162663184	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
517	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	KAREX INDUSTRIES SDN. Bhd. (代理人： 广东诺丝科技股份有 限公司)	惠州市康德康养药业 有限公司	平面型	批号：HS577	GB/T 2828.1-2012;国 械注进 20162663184	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
518	天然胶乳橡胶避孕套	惠州市	冈本株式会社(代理人:深圳市万生堂实业有限公司)	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司惠州大亚湾海惠花园健康药房	52±2mm	批号: HK021B120	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162662257	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
519	医用外科口罩	惠州市	广东立德医疗科技有限公司	惠州市仁正医药连锁有限公司大岭社背分店	耳挂式 17.5cmx9.5cm	批号: 202012010	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
520	一次性使用医用口罩	惠州市	广东圣戈生物科技有限公司	广东圣戈生物科技有限公司	17.5cmx9.5cm 耳带式	批号: PZ20112601	粤械注准 20202141170	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
521	医用防护口罩	惠州市	河南省健琪医疗器械有限公司	惠州市中大惠亚医院	无菌拱形	批号: 20090651B	GB 19083-2010; 豫械注准 20182140514	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
522	一次性使用无菌采样拭子	惠州市	惠州法路源基因科技有限公司	惠州法路源基因科技有限公司	B150	批号: 20210418	粤械注准 20192220603	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
523	软聚硅酮伤口敷贴	惠州市	惠州华阳医疗器械有限公司	惠州华阳医疗器械有限公司	15cm×9cm (10cm×4.5cm)	批号: 20081347	粤械注准 20202140816	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
524	硅凝胶疤痕修复贴	惠州市	惠州华阳医疗器械有限公司	惠州华阳医疗器械有限公司	SSF 型 15cmx3cm	批号: 20081363	粤械注准 20202140543	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
525	多参数监护仪	惠州市	惠州科美思医用仪器有限公司	惠州科美思医用仪器有限公司	PM-200A	出厂编号: 21060280	YY 1079-2008《心电监护仪》; YY 0667-200; YY 0668-2008; GB 9706.1-2007; YY 0784-2010; 粤械注准 20142070142	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
526	数字心电图机	惠州市	惠州科美思医用仪器 有限公司	惠州科美思医用仪器 有限公司	单道： ECG-11D	出厂编号： 21030027	粤械注准 20172211650	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	静电放电 (ESD)	
527	一次性使用病 毒采样管	惠州市	惠州市阳光生物科技 有限公司	惠州市阳光生物科技 有限公司	规格：3ml 型 号：AT01	批号：210905	粤惠械备 20200083 号	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
528	医用防护口罩	惠州市	江西 3L 医用制品集 团股份有限公司	博罗县人民医院	蝶型(耳带式)	批号：20200928	GB 19083-2010;赣械 注准 20172640057	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
529	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	惠州市仁正医药贸易 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001385476	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
530	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	惠州市雅兴贸易有限 公司	标称宽度 52mm	批号： 1001451639	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
531	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	惠州市安辰医药科技 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001348332	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
532	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	惠州市安辰医药科技 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001335256	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
533	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	龙门县平陵镇养生堂 中西大药房	标称宽度 52mm	批号： 1001452380	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
534	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	惠州市中和药业有限 公司	标称宽度 52mm	批号： 1001381140	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
535	天然胶乳橡胶 避孕套	惠州市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	惠州市中和药业有限 公司	标称宽度 52mm	批号： 1001402019	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
536	脱脂棉球	惠州市	青岛盛久医疗用品有 限公司	惠州市烨康药业有限 公司三和分店	0.5g	批号：210101	鲁械注准 20172640234	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
537	天然胶乳橡胶避孕套	惠州市	上海金香乳胶制品有限公司	华润惠州医药有限公司	光面润滑型	批号: 210031	GB/T 2828.1-2012; 沪械注准 20172660138	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
538	手腕式电子血压计	惠州市	深圳市捷美瑞科技有限公司	龙门县仁禾堂医药有限公司	W03	批号: 2020092403651	YY 0505-2012; 粤械注准 20142070317	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	静电放电 (ESD)	
539	臂式电子血压计	惠州市	深圳市优瑞恩科技有限公司	惠州市惠阳区淡水乡邻大药房	U80EH	批号: BJK014	YY 0505-2012; 粤械注准 20172201155	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
540	医用一次性防护服	惠州市	稳健医疗(崇阳)有限公司	惠州市惠阳区中医院	175 连身式	批号: 20200930-4	GB 19082-2009; 鄂械注准 20142641943	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
541	医用脱脂棉	惠州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	惠州市大参林药店有限公司博罗县福园北路分店	0.3g/个	批号: 20210510	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
542	医用棉球	惠州市	新乡市华西卫材有限公司	惠州市中大惠亚医院	小号	批号: 20490109	豫械注准 20192140719	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
543	医用脱脂棉	惠州市	盐城市新锋医疗用品有限公司	龙门县仁禾堂医药有限公司	500 克装	批号: 20200902	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
544	医用一次性防护服	惠州市	宇安(河南)控股有限公司	惠州市惠城区三栋镇卫生院	连身式 170	批号: D20101001	GB 19082-2009; 豫械注准 20202140678	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	外观针距	
545	天然胶乳橡胶避孕套	惠州市	湛江市汇通药业有限公司	惠州市康之源医药有限公司	光面型	批号: 210419	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
546	天然胶乳橡胶避孕套	惠州市	湛江市汇通药业有限公司	惠州市康德康养药业有限公司	光面型	批号: JYA2104	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
547	脱脂棉球	惠州市	振德医疗用品股份有限公司	惠东县第二人民医院	0.3g	批号: 20210301	浙械注准 20172640720	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
548	一次性使用医用口罩	惠州市	振德医疗用品股份有限公司	惠州市百姓缘医药有限公司赤岭店	非灭菌型 17cmx18cm-3P	批号：20200828	浙械注准 20172640095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
549	一次性使用医用口罩（非灭菌）	惠州市	珠海市洁康恩健康科技有限公司	龙门县新永生药业有限公司	平面型 17.5x9.5cm	批号：20201001	粤械注准 20202140804	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
550	一次性使用医用口罩	汕尾市	佛山市特丽依防护用品有限公司	汕尾大参林药店有限公司陆丰人民北分店	耳挂式 非无菌型 17.5x9.5cm	批号：20200618	粤械注准 20202140741	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
551	医用外科口罩	汕尾市	广东海华拉链有限公司	广东海华拉链有限公司	非无菌型 17.5×9.5cm	批号： 2021040101	YY 0469-2011;粤械注准 20212140282	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
552	一次性使用医用口罩	汕尾市	广东华衣云商科技有限公司	汕尾大参林药店有限公司陆丰人民北分店	耳挂式成人型 17.5cmx9.5cm	批号： YY20200831	粤械注准 20202140722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
553	医用一次性防护服	汕尾市	广东军铠防护科技有限公司	海丰县澎湃纪念医院	连身式 175	生产日期： 2020/07/16	GB 19082-2009;GB 19082-2009	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
554	医用外科口罩	汕尾市	广东立德医疗科技有限公司	广东立德医疗科技有限公司	非无菌型 耳挂式 17.5cmx9.5cm	批号：20201202C	YY 0469-2011;粤械注准 20202141048	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
555	一次性使用医用口罩	汕尾市	广东娜菲实业股份有限公司	广东娜菲实业股份有限公司	平面挂耳式（非无菌） 17.5cm×9.5cm	批号：20210222	粤械注准 20202140842	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
556	一次性使用医用外科口罩	汕尾市	广州市洛华医疗器械实业有限公司	汕尾威尔医疗设备有限公司	耳挂式	批号：20201118	YY 0469-2011;粤械注准 20192140472	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
557	一次性使用医用外科口罩	汕尾市	广州市洛华医疗器械实业有限公司	陆丰市东海镇安达医疗器械商行	耳挂式	批号：20201120	YY 0469-2011;粤械注准 20192140472	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
558	医用棉球	汕尾市	河南瑞科医疗器械有限公司	汕尾逸挥基金医院	小号	批号: 200701099	豫械注准 20192140761	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
559	医用防护口罩	汕尾市	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	海丰县彭湃纪念医院	蝶形(耳带式) 13cm×12cm	批号: 20200924	GB 19083-2010;赣械 注准 20172640057	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
560	一次性使用医 用防护服	汕尾市	江西鑫虹医疗器械有限公司	海丰城东医院	连体式 175 (XL)	批号: 20200818	GB 19082-2009;赣械 注准 20202140357	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
561	天然胶乳橡胶 避孕套	汕尾市	晋江市康乐乳胶用品 有限公司	汕尾市国荣广信药业 连锁店有限公司	浮点型	批号: 20080711B	GB/T 2828.1-2012;闽 械注准 20162660041	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
562	电子血压计 (臂式)	汕尾市	可孚医疗科技股份有 限公司	汕尾集和大药房有限 公司逸辉分店	KF-65B	批号: P02105041	YY 0505-2012;湘械注 准 20162200322	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
563	医用棉球	汕尾市	南昌市恩惠医用卫生 材料有限公司	汕尾市泰荣新药特药 商场连锁有限公司	A 型(灭菌)	批号: 20201202	赣械注准 20152640277	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
564	医用棉球	汕尾市	南昌市恩惠医用卫生 材料有限公司	汕尾市泰荣新药特药 商场连锁有限公司	A 型(灭菌)	批号: 20201220	赣械注准 20152640277	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
565	医用棉球	汕尾市	南昌市恩惠医用卫生 材料有限公司	汕尾市国荣广信药业 连锁店有限公司	A 型(灭菌)	批号: 20201115	赣械注准 20152640277	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
566	天然胶乳橡胶 避孕套	汕尾市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	广东立德药业有限公司	标称宽度 52mm	批号: 1001262262	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
567	天然胶乳橡胶 避孕套	汕尾市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	广东立德药业有限公司	标称宽度 52mm	批号: 1001379849	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
568	全自动臂式电 子血压计	汕尾市	深圳乐普智能医疗器 械有限公司	汕尾市泰荣新药特药 商场连锁有限公司	LBP50	批号: BP201004	YY 0505-2012;粤械注 准 20172200895	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
569	电子血压计	汕尾市	松下电气机器(北京)有限公司	海丰县医药公司	EW3106	批号: 20210106	YY 0505-2012;京械注准 20162200530	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
570	天然胶乳橡胶避孕套	汕尾市	天津中生乳胶有限公司	汕尾市国荣广信药业连锁店有限公司	52mm 光面	批号: LP20075	GB/T 2828.1-2012;津械注准 20152660127	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
571	医用防护口罩	汕尾市	新乡市大方医疗器械制造有限公司	海丰城东医院	拱形	批号: 2020071204	GB 19083-2010;豫械注准 20172641027	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
572	医用脱脂棉	汕尾市	徐州弘立卫生材料有限公司	广东立德药业有限公司	10g/包	批号: 20200903	苏械注准 20172640929	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
573	天然胶乳橡胶避孕套	汕尾市	湛江市汇通药业有限公司	海丰县医药公司	光面型	批号: 201013	GB/T 2828.1-2012;粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
574	智能臂式电子血压计	汕尾市	注册人: 天津九安医疗电子股份有限公司/委托生产企业: 柯顿(天津)电子医疗器械有限公司 KD-557	汕尾大参林药店有限公司康平分店	KD-5965 型	批号: 201923011001	YY 0505-2012;津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
575	天然胶乳橡胶避孕套	东莞市	KAREX INDUSTRIES SDN. Bhd. (代理人: 广东诺丝科技股份有限公司)	广东省东莞国药集团谢岗医药有限公司光明路民生堂	平面型	批号: L8039	GB/T 2828.1-2012;国械注进 20162663184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
576	医用外科口罩	东莞市	奥美医疗用品股份有限公司	广东省东莞国药长安医药有限公司健兴药店	17.5cm×9cm-3层耳挂式	批号: 2101001	YY 0469-2011;鄂械注准 20162642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
577	医用外科口罩	东莞市	奥美医疗用品股份有限公司	广东省东莞国药集团有限公司东城景湖药店	17.5cm×9.5cm-3层耳挂式	批号: 2101001	YY 0469-2011;鄂械注准 20162642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
578	红外线体温计	东莞市	东莞百绿电子科技有限公司	东莞百绿电子科技有限公司	KI-8170	批号: 1220	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20162070191	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
579	红外线体温计	东莞市	东莞百绿电子科技有限公司	东莞百绿电子科技有限公司	KI-8280	批号: 1220	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20192070896	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
580	医用超声雾化器	东莞市	东莞百绿电子科技有限公司	东莞百绿电子科技有限公司	KN-9210	批号: 0917	YZB/粤 0650-2014	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
581	一次性使用医用口罩	东莞市	东莞健益五金制品有限公司	东莞健益五金制品有限公司	平面型耳挂式(非灭菌级); 17.5cm×9.5cm	批号: 21101912	粤械注准 20202141918	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
582	一次性使用医用口罩	东莞市	东莞南玻光伏科技有限公司	东莞南玻光伏科技有限公司	平面耳挂式 175mm×95mm	批号: 20210212	粤械注准 20202141002	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
583	电子体温计	东莞市	东莞市好康电子科技有限公司	东莞市好康电子科技有限公司	HK-902	批号: 202101007	粤械注准 20182200302	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
584	医用外科口罩	东莞市	东莞市华佑医疗科技有限公司	东莞市华佑医疗科技有限公司	平面折叠式(非灭菌级) 175mm×95mm	批号: 2021012707-01	YY 0469-2011; 粤械注准 20202142187	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
585	医用外科口罩	东莞市	东莞市华佑医疗科技有限公司	东莞市华佑医疗科技有限公司	平面折叠式(灭菌级) 175mm×95mm	批号: 2021071507-01	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141852	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
586	一次性使用医用口罩	东莞市	东莞市华佑医疗科技有限公司	东莞市华佑医疗科技有限公司	平面式(非灭菌) 175mm×95mm	批号: 2021061806-01	粤械注准 20202141495	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
587	医用压缩式雾化器	东莞市	东莞市健宝电子科技有限公司	东莞市健宝电子科技有限公司	CN-B-0317	出厂编号: 2103004000941	粤械注准 20192081101	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
588	非接触式红外 线额温计	东莞市	东莞市聚亮测控科技 有限公司	东莞市聚亮测控科技 有限公司	NCFT-805	出厂编号： 20201116006	GB 9706.1-2007；粤械 注准 20212070150	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	设备或设备 部件的外部 标记	
589	一次性使用医 用口罩	东莞市	东莞市凯医科技有限 公司	东莞市凯医科技有限 公司	KM-YY-001 17.5cm× 9.5cm	批号： 20210522001	粤械注准 20212140216	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
590	医用外科口罩	东莞市	东莞市普济医疗科技 有限公司	东莞市普济医疗科技 有限公司	平面型 17.5cm× 9.5cm	批号：21102901A	YY 0469-2011；粤械注 准 20202141764	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
591	一次性使用医 用口罩	东莞市	东莞市十星健康科技 有限公司	东莞市十星健康科技 有限公司	602A-01 175mm×95mm	批号：210108	粤械注准 20202140829	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
592	一次性使用医 用口罩	东莞市	东莞市搜于特医疗用 品有限公司	广东省东莞国药集团 有限公司东城星湖药 店	17.5cm×9.5c m-3 非灭菌	批号：20201231	粤械注准 20202140720	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
593	一次性使用医 用口罩	东莞市	东莞市搜于特医疗用 品有限公司	广东省东莞国药集团 长安医药有限公司健 兴药店	17.5cm× 9.5cm-3 非 灭菌	批号：20201222	粤械注准 20202140720	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
594	医用皮肤记号 笔	东莞市	东莞市唐德医疗科技 有限公司	东莞市唐德医疗科技 有限公司	TD-01	批号：20073101	粤械注准 20202021011	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
595	医用外科口罩	东莞市	东莞市维美达防护用 品有限公司	东莞市维美达防护用 品有限公司	平面形挂耳式 (非灭菌级) 175mm×95mm	批号： WGN20210320	YY 0469-2011；粤械注 准 20212140118	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
596	数字式电子体 温计	东莞市	东莞市协和医疗器械 科技有限公司	东莞市协和医疗器械 科技有限公司	C-600	批号：20210114	粤械注准 20142070318	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
597	红外额温计	东莞市	东莞市兴洲电子科技 有限公司	东莞市兴洲电子科技 有限公司	HW-3	批号：20210118	粤械注准 20152070753	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
598	医用红外体温 计	东莞市	东莞市雄鹿医疗科技 有限公司	东莞市雄鹿医疗科技 有限公司	XL-F02	批号：F21010005	GB 9706.1-2007；粤械 注准 20192071228	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
599	非接触式红外额温计	东莞市	东莞市优想电子科技有限公司	东莞市优想电子科技有限公司	UX-A-03	出厂编号: T03A2111180238 7	GB 9706.1-2007;粤械注准 20202071788	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
600	红外线体温计	东莞市	东莞市振海电子科技有限公司	东莞市振海电子科技有限公司	HTD8812C	批号: A216R23	粤械注准 20152071173	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
601	医用雾化器	东莞市	东莞市正生瑞生物医学科技有限公司	东莞市正生瑞生物医学科技有限公司	ZSR-SN03-CM	批号: 21011401	粤械注准 20152081467	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
602	一次性使用医用口罩	东莞市	东莞欣意医疗保健制品厂	东莞欣意医疗保健制品厂	耳挂式 17.5cmx9cm	批号: 3582020	YY 0469-2011;粤械注准 20172640651	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
603	一次性使用引流管	东莞市	东莞住友电木有限公司	东莞住友电木有限公司	MD-DE110	批号: 103TDE01	粤械注准 20202140266	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
604	电脑验光仪	东莞市	东京光学(东莞)科技有限公司	东京光学(东莞)科技有限公司	RM-800	出厂编号: 418469600	粤械注准 20172221245	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
605	一次性使用喉罩	东莞市	富利凯医疗用品(东莞)有限公司	富利凯医疗用品(东莞)有限公司	4#	批号: 210301834	粤械注准 20152080255	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
606	医用外科口罩	东莞市	广东必达医疗科技有限公司	广东必达医疗科技有限公司	挂耳式 17.5cm*9.5cm	批号: 20210228	粤械注准 20162640866	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
607	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	801-2010	批号: F21J0724	YY 0285.1-2017;YY 0285.4-2017;国械注准 20153030676	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
608	一次性使用冠状动脉球囊扩张导管	东莞市	广东博迈医疗科技股份有限公司	广东博迈医疗科技股份有限公司	802-3010	批号: F21J0471	YY 0285.1-2017;YY 0285.4-2017;国械注准 20163030331	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
609	一次性使用医用口罩	东莞市	广东德沃生物医疗制品股份有限公司	广东德沃生物医疗制品股份有限公司	(175±8.5) x (90±4.5) mm	批号: 20070801	YY/T 0969-2013	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
610	一次性使用医 用口罩	东莞市	广东丰绿源生物医 药科技有限公司	广东丰绿源生物医 药科技有限公司	175mm×95mm 平面耳挂式	批号：2020712	YY/T 0969-2013	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
611	天然胶乳橡胶 避孕套	东莞市	广东冈本卫生科技 有限公司	广东冈本卫生科技 有限公司	53±2mm 直 形光面型	批号：0G02173F	GB/T 2828.1-2012;粤 械注准 20172661647	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
612	天然胶乳橡胶 避孕套	东莞市	广东冈本卫生科技 有限公司	广东冈本卫生科技 有限公司	直形光面型 53±2mm	批号：0G05143F	GB/T 2828.1-2012;粤 械注准 20172661647	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
613	一次性使用医 用外科口罩	东莞市	广东好依护医疗科技 股份有限公司	广东好依护医疗科技 股份有限公司	耳挂式 17.5 ×9.5cm	批号：21012202	YY 0469-2011;粤械注 准 20212140048	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
614	天然胶乳橡胶 避孕套	东莞市	广东汇通乳胶制品有 限公司	广东芒果医药有限公 司	光面型	批号：20077	GB/T 2828.1-2012;粤 械注准 20162660471	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
615	非接触式红外 线额温计	东莞市	广东迈世测量有限公 司	广东迈世测量有限公 司	MS6592P	批号：202012007	GB 9706.1-2007;粤械 注准 20202071324	广东省医疗器械 质量监督检验所	不符合	最大允许误 差	
616	一次性使用病 毒采样管	东莞市	广东牧玛生命科技有 限公司	广东牧玛生命科技有 限公司	单拭子	批号：2021006	粤莞械备 20200024 号	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
617	红外体温计	东莞市	广东速腾科技有限公 司	广东速腾科技有限公 司	TQ01	出厂编号： TQ0426-4962	GB 9706.1-2007;粤械 注准 20212070166	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
618	一次性使用医 用口罩	东莞市	广东天启健医疗科技 有限公司	广东天启健医疗科技 有限公司	平面型耳挂 式 17.5cm× 9.5cm	批号：20201228	粤械注准 20202141221	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
619	呼吸管路	东莞市	广东毅达医疗科技股 份有限公司	广东毅达医疗科技股 份有限公司	TRS22-19	批号：21030151	粤械注准 20202081656	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
620	一次性使用医 用口罩	东莞市	广东中玲实业集团有 限公司	广东中玲实业集团有 限公司	平面耳挂式 175mm*95mm- 3	批号：20211101	粤械注准 20202141699	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
621	医用脱脂棉	东莞市	广州永益医疗器械有限公司	东莞市石排镇社区卫生服务中心	灭菌级	批号: 20210301	粤械注准 20192140695	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
622	天然胶乳橡胶避孕套	东莞市	河北同乐乳胶制品有限公司	东莞市康源卫生用品有限公司	光面型	批号: 2103021	GB/T 2828.1-2012; 冀械注准 20172660201	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
623	医用一次性防护服	东莞市	河南省斯科塞斯科技发展有限公司	东莞市中西医结合医院	I 型 连体式 175	批号: 032012003	GB 19082-2009; 豫械注准 20162640535	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	外观针距	
624	臂式电子血压计	东莞市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东国药医药连锁企业有限公司东莞企石东山分店	YE655A	出厂编号: 2102002990	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
625	臂式电子血压计	东莞市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	东莞市珍宝林医药有限公司	YE655A	出厂编号: 190337470	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
626	医用颗粒物防护口罩	东莞市	明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司	东莞市中医院	9132	批号: E202960712	GB 19083-2010; 沪械注准 20182140299	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
627	电子血压计	东莞市	欧姆龙(大连)有限公司	广东省东莞国药集团东坑医药有限公司草塘药店	HEM-6182	批号: 202103L	YY 0505-2012; 辽械注准 20172200053	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
628	天然胶乳橡胶避孕套	东莞市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	东莞市大参林连锁药店有限公司中堂分店	标称宽度 52mm	批号: 1001386560	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
629	臂式电子血压计	东莞市	青岛雅世医疗器械有限公司	东莞市大参林连锁药店有限公司石排和兴分店	JN-163C	批号: A20200907	YY 0505-2012; 鲁械注准 20142070057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
630	医用升温毯	东莞市	深圳普门科技股份有限公司	深圳普门科技股份有限公司	TC-200	出厂编码： PO8A00000026	粤械注准 20202090852	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：深圳市医疗器 械检测中心	符合	/	
631	无菌医用棉球	东莞市	圣光医用制品股份有 限公司	东莞望牛墩缪雄口腔 门诊部	大号	批号：20210121	豫械注准 20182140782	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
632	医用一次性防 护服	东莞市	稳健医疗（崇阳）有 限公司	东莞市第八人民医院	175 连身式	批号： 20201009-1	GB 19082-2009；鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
633	医用防护口罩	东莞市	稳健医疗（黄冈）有 限公司	东莞市中西医结合医 院	N95（折叠型）	批号：20201028	GB 19083-2010；鄂械 注准 20162642419	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：四川省药品检 验研究院	符合	/	
634	医用脱脂棉	东莞市	稳健医疗（嘉鱼）有 限公司	东莞市大参林连锁药 店有限公司东坑文阁 分店	0.3g/个	批号：20210308	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
635	医用脱脂棉	东莞市	稳健医疗（嘉鱼）有 限公司	东莞广济医院有限公 司	0.5g/个	批号：20210209	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
636	医用脱脂棉	东莞市	稳健医疗（嘉鱼）有 限公司	东莞市大参林连锁药 店有限公司中堂分店	0.3g/个	批号：20210406	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
637	医用脱脂棉	东莞市	盐城市新锋医疗用品 有限公司	广东省东莞国药集团 虎门医药有限公司	20g	批号：20200901	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
638	医用脱脂棉	东莞市	盐城市新锋医疗用品 有限公司	广东省东莞国药集团 望牛墩医药有限公司 绿榕药店	20g	批号：20201203	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
639	非接触式红外额温计	东莞市	优利德科技(中国)股份有限公司	优利德科技(中国)股份有限公司	UT308H	出厂编号: IR2102006212	GB 9706.1-2007;粤械注准 20202070831	原检机构:广东省医疗器械质量监督检验所;复检机构:深圳市医疗器械检测中心	不符合	最大允许误差	
640	天然胶乳橡胶避孕套	东莞市	湛江市汇通药业有限公司	东莞市怡梦轩商贸有限公司	光面型	批号: 201111	GB/T 2828.1-2012;粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
641	天然橡胶乳胶男用避孕套	东莞市	中拓河北乳胶科技发展有限公司	东莞市想爱电子有限公司	光面型	批号: 202106061	GB/T 2828.1-2012;冀械注准 20212180024	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	包装和标志	
642	天然胶乳橡胶避孕套	中山市	KAREX INDUSTRIES SDN. Bhd. (代理人: 广东诺丝科技股份有限公司)	中山市冠品荟贸易有限公司	平面型	批号: L7975	GB/T 2828.1-2012;国械注进 20162663184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
643	医用外科口罩	中山市	奥美医疗用品股份有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山悦盈新城药房	14.5cm×9cm-3层耳挂式	批号: 2101002	YY 0469-2011;鄂械注准 20162642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
644	医用外科口罩	中山市	奥美医疗用品股份有限公司	广东众智达医药有限公司	17.5cm×9cm-3层耳挂式	批号: 2012005	YY 0469-2011;鄂械注准 20162642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
645	一次性使用医用口罩	中山市	东莞南玻光伏科技有限公司	深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司中山悦盈新城药房	平面耳挂式 175mm×95mm	批号: 20201214	粤械注准 20202141002	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
646	天然胶乳橡胶避孕套	中山市	冈本株式会社(代理人: 深圳市万生堂实业有限公司)	中山市爱生活商贸有限公司	直形光面型	批号: HK0121103A	GB/T 2828.1-2012;国械注进 20152180392	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
647	医用外科口罩	中山市	广东康尔友医疗科技有限公司	广东康尔友医疗科技有限公司	耳挂式 /175mm×95mm	批号: 20210102	YY 0469-2011;粤械注准 20202141781	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
648	医用一次性防护服	中山市	广东润泰健医疗器械有限公司	广东润泰健医疗器械有限公司	170(L)	批号: 20210509	GB 19082-2009; 粤械注准 20212140655	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 佛山中纺联检验技术服务有限公司	符合	/	
649	医用外科口罩	中山市	广东润泰健医疗器械有限公司	广东润泰健医疗器械有限公司	平面型/耳挂式 17.5cm×9.5cm	批号: 20210416	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141465	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
650	一次性使用医用口罩	中山市	广东润泰健医疗器械有限公司	广东润泰健医疗器械有限公司	平面耳挂式 17.5cm×9.5cm	批号: 20210519	粤械注准 20202141558	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
651	臂式电子血压计	中山市	广州爱芯达电子有限公司	中山市健朗药品经营有限公司	AXD-818	批号: 20210520453	YY 0505-2012; 粤械注准 20172200699	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
652	臂式电子血压计	中山市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	中山市福仁堂药房连锁有限公司	YE620B	批号: 2007 序列号 02	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
653	臂式电子血压计	中山市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	中山市南头镇松柏药店	YE655D	出厂编号: 190916726	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
654	臂式电子血压计	中山市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	中山好药师药品有限公司	YE655D	批号: 2106 序列号 16	YY 0505-2012; 苏械注准 20202071574	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
655	天然胶乳橡胶避孕套	中山市	康乐工业有限公司 (中国总代理: 广东诺丝科技股份有限公司)	广东诺丝科技股份有限公司	平面型 Width52±2mm Φ33mm	批号: PM7966	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162663184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
656	天然胶乳橡胶避孕套	中山市	茂名市江源乳胶制品有限公司	中山市诺方洲医药有限公司	光面型	批号: 71005A1	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20152180305	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	针孔	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
657	电子血压计	中山市	欧姆龙（大连）有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	HEM-6160	出厂编号： 20200908165LF	YY 0505-2012; 辽械注 准 20172200053	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
658	电子血压计	中山市	欧姆龙（大连）有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	L10	出厂编号： 20210110729LG	YY 0505-2012; 辽械注 准 20162200146	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
659	电子血压计	中山市	欧姆龙（大连）有限公司	中山市东区杏源大药房	HEM-6182	批号：202106L	YY 0505-2012; 辽械注 准 20172200053	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
660	医用棉球	中山市	青岛海诺生物工程有 限公司	广东柯尼兹医疗器械 有限公司	0.5g/粒 5g/ 袋	批号：201001	鲁械注准 20182640216	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
661	天然胶乳橡胶 避孕套	中山市	青岛伦敦杜蕾斯有 限公司	中山市君美商贸发展 有限公司	标称宽度 52mm	批号： 1001348292	GB/T 2828.1-2012; 鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
662	全自动臂式电 子血压计	中山市	深圳乐普智能医疗器 械有限公司	中山市健民药业有限 公司	LBP40A	批号：BP210603	YY 0505-2012; 粤械注 准 20202072193	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
663	臂式电子血压 计	中山市	深圳市优瑞恩科技有 限公司	中山市坦洲镇和春药 房	U80LH	批号：BKD019	YY 0505-2012; 粤械注 准 20172201155	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
664	天然胶乳橡胶 避孕套	中山市	天津中生乳胶有限公 司	中山市大润发商业有 限公司	螺纹	批号：LY20075	GB/T 2828.1-2012; 津 械注准 20202180122	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
665	医用一次性防 护服	中山市	稳健医疗（崇阳）有 限公司	中山市第二人民医院	170 连身式	批号： 20201012-4	GB 19082-2009; 鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
666	医用防护口罩	中山市	稳健医疗（黄冈）有 限公司	中山市人民医院	N95(折叠式)	批号：20201028	GB 19083-2010; 鄂械 注准 20162642419	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：四川省药品检 验研究院	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
667	医用防护口罩	中山市	稳健医疗(黄冈)有限公司	中山市中医院	N95(折叠式)	批号: 20201130	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 湖北省医疗器械质量监督检验研究院	符合	/	
668	医用脱脂棉	中山市	稳健医疗用品股份有限公司	中山市三角医院	0.5g/个	批号: 20210309	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
669	医用脱脂棉	中山市	稳健医疗用品股份有限公司	中山市东风人民医院	0.3g/个	批号: 20210610	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
670	电子血压计	中山市	武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司	中山市健朗药品经营有限公司	JHABPM006-01	批号: DD01-21080501	YY 0505-2012; 鄂械注准 20192072646	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
671	医用棉球	中山市	新乡市康民卫材开发有限公司	中山市南区安健同创医疗设备有限公司	大号	批号: 20210418	豫械注准 20192140128	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
672	医用脱脂棉	中山市	盐城市新锋医疗用品有限公司	中山市医药有限公司	20g	批号: 20201101	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
673	医用脱脂棉	中山市	盐城市新锋医疗用品有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	10g	批号: 20190501	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
674	医用脱脂棉	中山市	盐城市新锋医疗用品有限公司	广东金瑞医药有限公司	10g	批号: 20200501	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
675	医用脱脂棉	中山市	盐城市新锋医疗用品有限公司	中山市东区杏源大药房	20g	批号: 20201201	苏械注准 20172640557	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
676	医用脱脂棉球	中山市	云南农业医疗器械有限公司	中山市优福堂医药大药房	0.3g/个	批号：20210102	滇械注准 20162640074	原检机构：广东省 医疗器械质量监 督检验所；复检机 构：云南省医疗器 械检验研究院	符合	/	
677	天然胶乳橡胶 避孕套	中山市	湛江市汇通药业有限 公司	中山市汇邦医疗器械 有限公司	光面型	批号：210391	GB/T 2828.1-2012；粤 械注准 20142180089	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
678	天然胶乳橡胶 避孕套	中山市	湛江市汇通药业有限 公司	广东金瑞医药有限公 司	光面型	批号：201134	GB/T 2828.1-2012；粤 械注准 20142180089	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
679	一次性使用医 用口罩	中山市	振德医疗用品股份有 限公司	广东众智达医药有限 公司	非灭菌型 17cm× 18cm-3P	批号：20201118	浙械注准 20172640095	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
680	天然胶乳橡胶 避孕套	中山市	中美百翰医疗产品 (湖北)有限公司	中山市健民药业有限 公司	光面型	批号：10510GM	GB/T 2828.1-2012；鄂 械注准 20182662527	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
681	一次性使用医 用口罩	中山市	中山百川汇盈精密实 业有限公司	中山百川汇盈精密实 业有限公司	耳挂式 17.5cm× 9.5cm	批号：20210617	粤械注准 20202141322	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
682	定制式固定义 齿	中山市	中山博骏义齿技术有 限公司	中山博骏义齿技术有 限公司	二氧化锆全 锶桥	出厂编号： 2104130001	粤械注准 20202170159	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
683	一次性使用医 用口罩	中山市	中山市嘉信医疗器械 有限公司	中山市嘉信医疗器械 有限公司	平面型	批号： 20210616JXIAM	粤械注准 20202141081	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
684	医用外科口罩	中山市	中山市路路通电子有 限公司	中山市路路通电子有 限公司	耳挂式 17.5cm× 9.5cm	批号：20210415	YY 0469-2011；粤械注 准 20202141553	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
685	一次性使用医 用口罩	中山市	中山市乾普实业有限 公司	中山市乾普实业有限 公司	17.5cmx9.5c m	批号： QP-2020092908	粤中市监应急械备 2020030号	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
686	医用防护口罩	中山市	中山市赛夫特劳保用品有限公司	中山市赛夫特劳保用品有限公司	折叠式 16cm X 11.5cm	批号: 20210601	GB 19083-2010; 粤械注准 20202141735	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
687	医用外科口罩	中山市	中山市赛夫特劳保用品有限公司	中山市赛夫特劳保用品有限公司	平面式 17.5cm X 9.5cm	批号: 20210601	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141339	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
688	盒式助听器	中山市	中山市天乐听力技术有限公司	中山市天乐听力技术有限公司	HA-9828	批号: 20210322	粤械注准 20172460548	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
689	医用一次性防护服	中山市	中山雅淇防护服装有限公司	中山雅淇防护服装有限公司	170	批号: AP21100	GB 19082-2009; 粤械注准 20212141232	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
690	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	KAREX INDUSTRIES SDN. Bhd. (代理人: 广东诺丝科技股份有限公司)	湛江凯大医药连锁有限公司麻章分店	平面型	批号: XH8024	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162663184	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
691	天然胶乳橡胶避孕套	佛山市	Karex Industries Sdn. Bhd. (代理人: 广州市一统医药科技有限公司)	佛山市顺德区大参林药业有限公司	颗粒型	批号: 21N0311	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20172665104	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
692	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	NULATEX SDN. BHD (代理人: 广州先波健康产业有限公司)	湛江凯大医药连锁有限公司麻章分店	平滑超薄型	批号: 2005/11	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
693	臂式电子血压计	佛山市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	佛山市新乐医药有限公司三水康乐分店	2006-2	出厂编号: B20B0004913	YY 0505-2012; 粤械注准 20172201481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
694	臂式电子血压计	佛山市	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	佛山市金信药业有限公司	2006-2	批号: P1811827-4	YY 0505-2012; 粤械注准 20172201481	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
695	医用外科口罩	佛山市	佛山高臣药业股份有限公司	佛山高臣药业股份有限公司	耳挂式(无菌型)	批号: 20210102	YY 0469-2011; 粤械注准 20202142087	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 佛山中纺联检验技术服务有限公司	符合	/	
696	超声波医用雾化器	佛山市	佛山广鹰电子有限公司	佛山广鹰电子有限公司	NE403	批号: 202006	粤械注准 20202080577	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
697	输液泵	佛山市	佛山市艾米康医疗科技有限公司	佛山市艾米康医疗科技有限公司	EH737	出厂编号: L411001	粤械注准 20162541554	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
698	牙科综合治疗机	佛山市	佛山市碧盈医疗器材有限公司	佛山市碧盈医疗器材有限公司	PEONY-2301	出厂编号: OP21041131	粤械注准 20182550710	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	痰盂、指示灯和按钮	
699	高速气涡轮手机	佛山市	佛山市吉亮五金设备有限公司	佛山市吉亮五金设备有限公司	JL-108S-M4	出厂编号: M21040001	粤械注准 20202170675	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
700	心率检测仪	佛山市	佛山市经络动力医疗器械有限公司	佛山市经络动力医疗器械有限公司	Vian. 880E	批号: A0321-01-001	粤械注准 20162210225	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
701	小型医用制氧机	佛山市	佛山市凯亚医疗科技有限公司	佛山市凯亚医疗科技有限公司	ZY-5AC	出厂编号: 0C2104007166	粤械注准 20152081183	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
702	医用外科口罩	佛山市	佛山市康复医疗设备厂	佛山市康复医疗设备厂	挂耳式	批号: 21011801	YY 0469-2011; 粤械注准 20172641484	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
703	根管预备机	佛山市	佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司	佛山市南海区靓雅齿科器材有限公司	LY-M680	批号: 21033	粤械注准 20192170214	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
704	手动轮椅车	佛山市	佛山市容骏医疗美容设备有限公司	佛山市容骏医疗美容设备有限公司	RJ-W809	出厂编号: 2021419	粤械注准 20152191292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
705	医用制氧机	佛山市	佛山市顺德区键合电子有限公司	佛山市顺德区键合电子有限公司	K5B-3	批号： A03841G060AD	粤械注准 20172541713	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
706	脱脂棉球	佛山市	佛山市顺德区康正卫生材料有限公司	佛山市顺德区康正卫生材料有限公司	KZ2E-0.3	批号：20200802	粤械注准 20172641891	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
707	医用外科口罩 (无菌)	佛山市	佛山市喜运来医疗科技发展有限公司	佛山市喜运来医疗科技发展有限公司	平面型(挂耳 式) 17.5cm ×9.5cm	批号：202114M	YY 0469-2011;粤械注 准 20202141959	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
708	医用外科口罩 (非无菌)	佛山市	佛山市喜运来医疗科技发展有限公司	佛山市喜运来医疗科技发展有限公司	平面型(挂耳 式) 17.5cm ×9.5cm	批号：202120M	YY 0469-2011;粤械注 准 20202141959	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
709	手动轮椅车	佛山市	佛山市怡康医疗科技有限公司	佛山市怡康医疗科技有限公司	SYIV 100-YK809	批号：210323	粤械注准 20202190797	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
710	天然胶乳橡胶 避孕套	佛山市	冈本株式会社(代理人： 深圳市万生堂实业有限公司)	佛山市顺德区大参林 药业有限公司	Okamoto Super Lubricative	批号： HK1020938B	GB/T 2828.1-2012;国 械注进 20152180392	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
711	一次性无菌输 液接头	佛山市	广东百合医疗科技股份有限公司	广东百合医疗科技股份有限公司	普通型 (FL-NR01) 输液接头	批号： OCA-210222	国械注准 20153142009	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
712	一次性使用活 检针	佛山市	广东海恺普新型医药 包装材料有限公司	广东海恺普新型医药 包装材料有限公司	BN-MAR-2	批号： 202105002HJ	粤械注准 20202141770	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
713	医用外科口罩	佛山市	广东瑞洋制药有限公司	广东中天医药有限公司	平面耳挂式 无菌 17.5cm×9.5c m	批号：20201204	YY 0469-2011;粤械注 准 20202141373	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
714	医用外科口罩	佛山市	广东瑞洋制药有限公司	佛山市禅城区天康药 行	平面型耳挂 式 无菌 17.5cm× 9.5cm	批号：20201202	YY 0469-2011;粤械注 准 20202141373	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
715	一次性使用医用口罩	佛山市	广东瑞洋制药有限公司	佛山市顺德区济顺堂药业有限公司	平面耳挂式 非无菌 17.5cmx9.5cm	批号：20201230	粤械注准 20202141372	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
716	牙科低压电动马达	佛山市	广东协禾医业有限公司	广东协禾医业有限公司	STAR 400EM	出厂编号： 21D22M043	粤械注准 20182550372	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
717	医用一次性防护服	佛山市	广州贝奥吉因生物科技股份有限公司	广州中医药大学顺德医院（佛山市顺德区中医院）	175 连体式	批号： 2020082001	GB 19082-2009; 粤械注准 20202140532	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
718	脱脂棉球	佛山市	广州市番禺万福卫生用品有限公司	佛山市普济医院管理有限公司	无菌型 小号 5 粒	批号：20200901	粤械注准 20172640791	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
719	医用冷藏冷冻箱	佛山市	海信容声（广东）冷柜有限公司	海信容声（广东）冷柜有限公司	HCD-40L305	批号：ZCOEH	粤械注准 20182221052	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
720	医用棉球	佛山市	河南省安邦卫材有限公司	佛山市三水区人民医院	小号	批号：p1020221	豫械注准 20152640578	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
721	医用棉球	佛山市	河南省豫北卫材有限公司	顺德区和平外科医院	/	批号：22210103	豫械注准 20192140698	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
722	天然胶乳橡胶避孕套	佛山市	茂名市江源乳胶制品有限公司	佛山市大恒仁药业连锁有限公司高明行仁堂店	光面型	批号：G2001R	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20152180305	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
723	电子血压计	佛山市	欧姆龙（大连）有限公司	佛山市大恒仁药业连锁有限公司行仁堂店	HEM-6160	出厂编号： 20201116964LF	YY 0505-2012; 辽械注准 20172200053	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
724	电子血压计（上臂式）	佛山市	欧姆龙健康医疗株式会社（代理人：欧姆龙健康医疗（中国）有限公司）	佛山市顺德区大参林药业有限公司	J730	批号：202101B	YY 0505-2012; 国械注进 20172202255	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
725	天然胶乳橡胶 避孕套	佛山市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	佛山大参林连锁药店 有限公司三水耀康分 店	标称宽度 52mm	批号： 1001414756	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
726	天然胶乳橡胶 避孕套	佛山市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	佛山大参林连锁药店 有限公司江湾分店	标称宽度 52mm	批号： 1001445533	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
727	医用脱脂棉	佛山市	生产企业：稳健医疗 用品股份有限公司； 受托企业：稳健医疗 (嘉鱼)有限公司	佛山市高明区人民医 院	500g 卷/袋	批号：20201130	粤械注准 20152140778	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
728	天然胶乳橡胶 避孕套	佛山市	天津中生乳胶有限公 司	佛山市名轩卫生用品 有限公司	光面	批号：LB210334	GB/T 2828.1-2012;津 械注准 20202180122	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
729	医用脱脂棉	佛山市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	佛山大参林连锁药店 有限公司三水耀康分 店	0.3g/个	批号：20210322	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
730	医用一次性防 护服	佛山市	新乡市华西卫材有限 公司	南方医科大学南海医 院	连身式(无菌) 180	批号：20180304	GB 19082-2009;豫械 注准 20192140771	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
731	天然胶乳橡胶 避孕套	佛山市	湛江市汇通药业有限 公司	佛山市圣邦医疗器械 有限公司	光面型	批号：210131	GB/T 2828.1-2012;粤 械注准 20142180089	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
732	医用防护口罩	佛山市	长东医疗器械集团有 限公司	佛山市高明区人民医 院	拱形	批号：201104	GB 19083-2010;豫械 注准 20162640746	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
733	一次性使用医 用口罩	佛山市	振德医疗用品股份有 限公司	佛山市正中医药连锁 有限公司同仁同德分 店	非灭菌型 17cm× 19cm-3P	批号：20200828	浙械注准 20172640095	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
734	天然胶乳橡胶 避孕套	阳江市	Karex Industries Sdn. Bhd. (代理人： 广州市一统医药科技 有限公司)	阳江大参林连锁药店 有限公司阳东始兴仁 信分店	52mm±2mm	批号：20N3811	GB/T 2828.1-2012;国 械注进 20172665104	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
735	医用外科口罩	湛江市	安徽泰恩康制药有限公司	湛江通用万邦医药有限公司	TNK-WKA (耳挂式) 18.0×9.5cm (L)	批号: 2012001	YY 0469-2011; 皖械注准 20202140474	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
736	天然胶乳橡胶避孕套	阳江市	广东汇通乳胶制品有限公司	广东康民药业集团有限公司	光面型	批号: 18098	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20162660471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
737	医用外科口罩	阳江市	广东瑞洋制药有限公司	阳江市润之堂医药连锁有限公司闸坡分店	平面耳挂式 无菌 17.5cm×9.5cm	批号: 20210106	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141373	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
738	一次性使用医用口罩	阳江市	广东瑞洋制药有限公司	阳江市润之堂医药连锁有限公司闸坡分店	平面耳挂式 无菌 14.5cm×9.5cm	批号: 20201218	粤械注准 20202141374	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
739	一次性使用医用口罩	阳江市	广东一片天医药集团制药有限公司	广东一片天医药集团制药有限公司	17.5cm×9.5cm (耳挂式)	批号: 2103004	粤械注准 20202140637	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
740	一次性使用医用口罩	阳江市	广东一片天医药集团制药有限公司	广东医道大药房连锁有限公司阳江高新区平岗店	17.5cm×9.5cm	批号: 2010042	粤械注准 20202140637	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
741	医用脱脂棉	阳江市	广州永益医疗器械有限公司	阳西总医院中医医院	脱脂棉球 2.5g	批号: 20201201	粤械注准 20192140695	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
742	医用防护口罩	阳江市	河南省富瑞德医疗设备有限公司	阳江江华医院有限公司	折叠型	批号: 20200927	GB 19083-2010; 豫械注准 20202141514	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
743	医用一次性防护服	阳江市	江西科美医疗器械集团有限公司	阳江市阳东区人民医院	175 (XL) 连身式	批号: 20201022	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140047	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
744	脱脂棉球	阳江市	青岛盛久医疗用品有限公司	广东医道大药房连锁有限公司阳江市闸坡店	0.5g	批号：200901	鲁械注准 20172640234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
745	上臂式电子血压计	阳江市	深圳市康贝科技有限公司	阳春市八方医药有限公司	BP102A	批号：2010010	YY 0505-2012;粤械注准 20172201141	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
746	天然胶乳橡胶避孕套	阳江市	生产企业：上海名流卫生用品股份有限公司；受托生产企业：安徽贰壹肆卫生科技有限公司	阳西县益仁堂医药有限公司	光面普通型	批号：2162JYS	GB/T 2828.1-2012;沪械注准 20182660028	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
747	天然胶乳橡胶避孕套	阳江市	天津中生乳胶有限公司	阳江大参林连锁药店有限公司平冈兴平分店	螺纹	批号：LH201218	GB/T 2828.1-2012;津械注准 20202180122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
748	医用外科口罩	阳江市	稳健医疗(黄冈)有限公司	阳江大参林连锁药店有限公司平冈兴平分店	长方形挂耳型 17cm×9cm-3P	批号：20201012-7	YY 0469-2011;鄂械注准 20142142016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
749	医用脱脂棉	阳江市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	阳江大参林连锁药店有限公司阳春红旗路分店	0.3g/个	批号：20210329	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
750	医用脱脂棉	阳江市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广东邦健医药连锁有限公司阳东东兴分店	100g/袋 0.8g/个	批号：20210118	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
751	医用一次性防护服	阳江市	新乡市华西卫材有限公司	阳西总医院人民医院	连身式(无菌) 175	批号：20470204	GB 19082-2009;豫械注准 20192140771	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
752	医用防护口罩	阳江市	新乡市康民卫材开发有限公司	阳西总医院人民医院	灭菌折叠形	批号：20200812	GB 19083-2010;豫械注准 20172640193	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：河北省药品医疗器械检验研究院	不符合	过滤效率、密合性	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
753	一次性使用医用口罩	阳江市	阳春市圣蓝博医疗科技有限公司	阳春市圣蓝博医疗科技有限公司	挂耳式 L17.5cm*W9.5cm	批号：20120208	粤械注准 20202141665	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
754	医用脱脂棉	阳江市	阳谷景阳岗卫生材料厂	阳江市为群医药有限公司	7g	生产日期：2021年01月03日	鲁械注准 20172640352	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院	不符合	荧光物	
755	医用外科口罩	阳江市	阳江市杰迅医疗器械科技有限公司	阳江市杰迅医疗器械科技有限公司	耳挂式 17.5×9.5cm	批号：2012082	YY 0469-2011；粤械注准 20202141999	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
756	一次性使用医用口罩（无菌型）	阳江市	阳江市杰迅医疗器械科技有限公司	阳江市杰迅医疗器械科技有限公司	耳挂式口罩 17.5×9.5cm	批号：2012083	粤械注准 20202142000	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
757	天然胶乳橡胶避孕套	阳江市	湛江市汇通药业有限公司	广东一片天医药集团有限公司	光面型	批号：210417	GB/T 2828.1-2012；粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
758	臂式电子血压计	阳江市	注册人：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司/受托生产企业：苏州日精仪器有限公司	阳江市康盛医疗器械有限公司	YE660A	批号：2004 序列号 04	YY 0505-2012；苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
759	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	NULATEX SDN. BHD（代理人：广州先波健康产业有限公司）	广东广德昌药业有限公司	平滑超薄型	批号：2005/06	GB/T 2828.1-2012；国械注进 20192182369	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
760	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	SSN 医物用品有限公司（代理人：北京非非医疗器械有限公司）	江门市同修堂大药房有限公司翠园分店	普通平面型	批号：JB2011A	GB/T 2828.1-2012；国械注进 20202181535	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	包装和标志	
761	医用外科口罩	江门市	奥美医疗用品股份有限公司	台山市国控国大群康大药房连锁有限公司城北商业城店	17.5cmx9cm	批号：2012005	YY 0469-2011；鄂械注准 20262642263	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
762	一次性使用医用口罩	江门市	奥美医疗用品股份有限公司	国药控股国大药房江门连锁有限公司健华分店	14.5cm×9cm 允差±5%	批号: 2012002	鄂械注准 20172642430	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
763	一次性使用医用口罩(非无菌)	江门市	广东诚辉医疗科技股份有限公司	广东诚辉医疗科技股份有限公司	非无菌 耳挂式 17.5x9.5cm	批号: 20201208	粤械注准 20202141751	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
764	一次性医用防护服	江门市	广东宏健医疗器械有限公司	江门市中心医院	175	批号: 20201226	GB 19082-2009;粤械注准 20202140748	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
765	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	广东汇通乳胶制品有限公司	湛江市赤坎区海湾邨都众联大药房	颗粒性 52mm ±2mm	批号: 20083	GB/T 2828.1-2012;粤械注准 20162660471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
766	一次性使用医用口罩	江门市	广东嘉美生物科技有限公司	广东嘉美生物科技有限公司	非无菌 /17.5cm× 9.5cm	批号: 210127	粤械注准 20202141722	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
767	一次性使用医用口罩	江门市	广东康美芝医疗用品科技有限公司	广东康美芝医疗用品科技有限公司	17.5cm× 9.5cm(灭菌级)	批号: 210102	粤械注准 20202141696	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
768	一次性使用静脉留置针	江门市	广东龙心医疗器械有限公司	广东龙心医疗器械有限公司	II-B	批号: 20201226	国械注准 20173150504	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
769	一次性医用外科口罩	江门市	广东瑞华医疗器械有限公司	江门大参林药店有限公司鹤山中山路分店	耳挂式 17.5cmx9.5cm	批号: 20200910	YY 0469-2011;粤械注准 20202141273	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
770	医用棉球	江门市	河南省安邦卫材有限公司	鹤山市妇幼保健院	小号	批号: P0100621	豫械注准 20152640578	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
771	医用防护口罩	江门市	河南省健琪医疗器械有限公司	开平市中心医院	无菌拱形	批号: 20103051B	GB 19083-2010;豫械注准 20182140514	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
772	超声波臭氧雾化妇科治疗仪	江门市	江门市富美尔环保电子科技有限公司	江门市富美尔环保电子科技有限公司	FJ-007B	出厂编号: 2001202500047	粤械注准 20162230812	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
773	臂式电子血压计	江门市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广东瑞美润天医药连锁有限公司鹤山人民路分店	YE690A	批号: 1706-08	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
774	医用防护口罩	江门市	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	江门市新会区人民医院	13cm×12cm 蝶型(耳带式)	生产日期: 2020 年 9 月 15 日	GB 19083-2010; 赣械注准 20172640057	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
775	医用棉球	江门市	南昌市福康医疗器械有限公司	台山市北陡镇卫生院	小号	批号: 20210108	赣械注准 20162640133	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	不符合	表面活性物质	
776	电子血压计	江门市	欧姆龙(大连)有限公司	广东日兴药品有限公司台山白沙大药房	L10	出厂编号: 20200903218LG	YY 0505-2012; 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
777	电子血压计	江门市	欧姆龙(大连)有限公司	江门市新会区健丰药业有限公司爱民药房	L10	批号: 202101L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
778	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	国药控股大药房江门连锁有限公司东湖中心店	标称宽度 52mm	批号: 1001369149	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
779	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	恩平市银星药业有限公司西门分店	标称宽度 52mm	批号: 1001275658	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
780	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	江门市新会区健丰药业有限公司爱民药房	标称宽度 52mm	批号: 1001399578	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
781	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	江门高济医药连锁有限公司鹤山坚美园邦健店	标称宽度 52mm	批号: 1001375467	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
782	婴儿护脐贴	江门市	台山市弘毅医疗用品有限公司	台山市弘毅医疗用品有限公司	YF1101 (6×7cm)	批号: 20201001	粤械注准 20152140733	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
783	全自动臂式电子血压计	江门市	西铁城精电科技(江门)有限公司	西铁城精电科技(江门)有限公司	CHU306	批号: 20L1	粤械注准 20142070335	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
784	医用棉球	江门市	新江市华康卫材有限公司	江门市五邑中医院恩平分院	中号	批号: 21030738	豫械注准 20182140522	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
785	医用棉球	江门市	新江市华康卫材有限公司	江门市五邑中医院恩平分院	中号	批号: 21010338	豫械注准 20182140522	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
786	医用棉球	江门市	新江市华康卫材有限公司	江门市人民医院	大号	批号: 20031238	豫械注准 20182140522	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
787	医用一次性防护服	江门市	新江市华西卫材有限公司	开平市中心医院	175 连身式(无菌)	批号: 20440102	GB 19082-2009; 豫械注准 20192140771	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
788	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	湛江市汇通药业有限公司	江门市江海区民泰大药房	光面型	批号: 200810	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
789	天然胶乳橡胶避孕套	江门市	湛江市汇通药业有限公司	广东为星药业有限公司	光面型	批号: JYM1801	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
790	天然乳胶橡胶避孕套	江门市	浙江相伴乳胶制品有限公司	恩平市横陂镇中心卫生院	螺纹型 52mm±2mm	批号: 20071204810	GB/T 2828.1-2012; 浙械注准 20162660689	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
791	医用脱脂棉	江门市	珠海市润安卫生材料制造有限公司	广东为星药业有限公司	20g/包	批号: 20191205	粤械注准 20172640436	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
792	一次性使用医用口罩	茂名市	安徽康途医疗器械有限公司	茂名市万康林药业连锁有限公司	耳挂式 (175mm×95mm±10%)	批号: 20201017	皖械注准 20202140163	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	通气阻力	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
793	医用脱脂棉	茂名市	苍南县康达卫生材料厂	茂名高新技术产业开发区七迳民康药店	小包装	批号: 20210105	浙械注准 20172640855	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	荧光物	
794	一次性使用医用口罩	茂名市	广东高健医药生物科技有限公司	广东高健医药生物科技有限公司	平面耳挂式 175mm×95mm	批号: 202101001	粤械注准 20212140029	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
795	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	广东汇通乳胶制品有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	光面型	批号: 2100701	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20162660471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
796	医用外科口罩	茂名市	广东瑞洋制药有限公司	茂名大参林连锁药店有限公司信宜银湖西分店	平面耳挂式 无菌 17.5cm×9.5cm	批号: 20201226	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141373	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
797	一次性使用医用口罩	茂名市	广东瑞洋制药有限公司	广东三环药业有限公司	平面耳挂式 无菌 17.5cm×9.5cm	批号: 20201208	粤械注准 20202141374	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
798	医用外科口罩	茂名市	广东先来医疗器械有限公司	广东先来医疗器械有限公司	WK-I (无菌耳挂式)	批号: 0020201201	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141603	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
799	一次性使用医用口罩	茂名市	广东先来医疗器械有限公司	广东先来医疗器械有限公司	YK-IV (非无菌型) 17.5cm×9.5cm	批号: 0020210103	粤械注准 20202140603	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
800	医用脱脂棉	茂名市	广州永益医疗器械有限公司	茂名石化医院有限公司	脱脂棉球 中号 5粒/包	批号: 20190601	YY0330	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
801	医用一次性防护服	茂名市	河南省蓝天医疗器械有限公司	高州市妇幼保健院	175/II-A	批号: 02020092522	GB 19082-2009; 豫械注准 20162640151	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
802	医用外科口罩	茂名市	江西芝正医疗器械有限公司	化州市护民医疗器械中心	耳挂式大号	批号: 20201002	YY 0469-2011; 赣械注准 20202140277	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
803	天然胶乳橡胶 避孕套	茂名市	茂名市江源乳胶制品 有限公司	茂名市江源乳胶制品 有限公司	光面型	批号: JLS2107P	GB/T 2828.1-2012;粤 械注准 20152180305	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
804	天然胶乳橡胶 避孕套	茂名市	茂名市江源乳胶制品 有限公司	广东济群药业有限公 司	光面型	批号: LQ2103D	GB/T 2828.1-2012;粤 械注准 20152180305	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
805	天然胶乳橡胶 避孕套	茂名市	青岛伦敦杜蕾斯有限 公司	茂名市真情医疗器械 有限公司	标称宽度 52mm	批号: 1001454770	GB/T 2828.1-2012;鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
806	臂式电子血压 计	茂名市	青岛雅世医疗器械有 限公司	茂名大参林连锁药店 有限公司三角圩分店	JN-163C	出厂编号: JN-163C2010-00 745	YY 0505-2012;鲁械注 准 20142070057	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
807	电子血压计	茂名市	松下电气机器(北京) 有限公司	广东德信佳医疗器械 有限公司	EW-BW02	批号: 20201219	YY 0505-2012;京械注 准 20152071083	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
808	医用一次性防 护服	茂名市	稳健医疗(崇阳)有 限公司	茂名市人民医院	185 连身式	批号: 20200914-1	GB 19082-2009;鄂械 注准 20142641943	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
809	医用防护口罩	茂名市	稳健医疗(黄冈)有 限公司	茂名市茂南区人民医 院	N95(折叠式)	批号: 20201010	GB 19083-2010;鄂械 注准 20162642419	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 深圳市医疗器 械检测中心	符合	/	
810	医用脱脂棉	茂名市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	茂名大参林连锁药店 有限公司信宜泓璐新 尚分店	0.3g/个	批号: 20210308	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
811	医用脱脂棉	茂名市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	茂名大参林连锁药店 有限公司高州府前北 分店	0.3g/个	批号: 20210329	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
812	医用脱脂棉	茂名市	稳健医疗(嘉鱼)有 限公司	茂名大参林连锁药店 有限公司博贺分店	0.3g/个	批号: 20210517	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
813	医用防护口罩	茂名市	亿信医疗器械股份有限公司	茂名市中医院	折叠形	批号: 200603615	GB 19083-2010; 豫械注准 2182140615	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	符合	/	
814	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市	湛江市汇通药业有限公司	广东三环药业有限公司	光面型	批号: 210396	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
815	天然胶乳橡胶避孕套	茂名市	中美百翰医疗产品(湖北)有限公司	信宜市祁隆药业有限公司	光面型	批号: 10134CB	GB/T 2828.1-2012; 鄂械注准 20182662527	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
816	天然胶乳橡胶避孕套	肇庆市	KAREX INDUSTRIES SDN. BHD (代理人: 北京金协信商贸有限责任公司)	梅州欧尚超市有限公司怀集店	粗颗粒型	批号: 20N2808	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20152180240	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
817	医用外科口罩	肇庆市	广东德得医疗器械科技开发有限公司	广东德得医疗器械科技开发有限公司	耳挂式(17.5±1)cmX(9.5±1)cm(灭菌型)	批号: 20201209	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141697	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
818	一次性使用医用口罩	肇庆市	广东德得医疗器械科技开发有限公司	广东德得医疗器械科技开发有限公司	耳挂式(灭菌型) 17.5cm×9.5cm	批号: 20201210	粤械注准 20202141698	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
819	一次性使用医用橡胶检查手套	湛江市	广东汇通乳胶制品有限公司	广东汇通乳胶制品有限公司	s(小号)有粉	批号: 21201	粤械注准 20162661129	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
820	额式红外体温计	肇庆市	广东健奥科技有限公司	广东健奥科技有限公司	T81	批号: F210112	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20172201331	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果注	主要不合 格项目	备注
821	医用外科口罩	肇庆市	广东省三羊健康科技有限公司	肇庆大参林药店有限公司封开莲都分店	17.5cm× 9.5cm(±5%) 平面型耳挂 式	批号: 20200901	YY 0469-2011; 粤械注 准 20202141223	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 广东产品质量 监督检验研究院	符合	/	
822	医用防护口罩	肇庆市	河南省中健医疗器械有限公司	肇庆市鼎湖区中医院	立体型(N95)	批号: 20101908	GB 19083-2010; 豫械 注准 20162640667	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 河南省药品医 疗器械检验院	不符合	密合性	
823	医用脱脂棉	肇庆市	湖北省潜江市江赫医用材料有限公司	怀集县仁和源医药有限公司	0.5g	批号: 20200925	鄂械注准 20122641104	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
824	医用一次性防护服	肇庆市	江西恒达医疗器械有限公司	四会市人民医院	175 (XL) 连身式	批号: 20201206	GB 19082-2009; 赣械 注准 20202140286	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 江西省医疗器 械检测中心	不符合	外观针距	
825	医用一次性防护服	肇庆市	江西科美医疗器械集团有限公司	肇庆市中医院	180 (XXL) 连身式	批号: 20201022	GB 19082-2009; 赣械 注准 20202140047	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 江西省医疗器 械检测中心	符合	/	
826	电子血压计	肇庆市	欧姆龙(大连)有限公司	肇庆大参林药店有限公司工农分店	HEM-7125	出厂编号: 20201100986LG	YY 0505-2012; 辽械注 准 20192070081	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
827	天然胶乳橡胶避孕套	肇庆市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	广东邦健医药连锁有限公司	标称宽度 52mm	批号: 1001452380	GB/T 2828.1-2012; 鲁 械注准 20162180063	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
828	天然胶乳橡胶避孕套	肇庆市	青岛双蝶集团股份有限公司	广东邦健医药连锁有限公司德庆康城西分店	52mm	批号: 2105AF21	GB/T 2828.1-2012; 鲁 械注准 20162660289	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
829	一次性使用医用口罩	肇庆市	深圳市佰氏健康医药有限公司	肇庆高新区济康药业有限责任公司	YG-1 (17.5cmx9.5cm)	批号: 202011003	粤械注准 20202140392	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
830	天然胶乳橡胶避孕套	肇庆市	天津中生乳胶有限公司	广东邦健医药连锁有限公司	光面	批号: LB210210	GB/T 2828.1-2012; 津械注准 20202180122	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
831	医用防护口罩	肇庆市	威海盛洁医疗科技有限公司	肇庆市端州区红十字会医院	A 型	批号: 20071105	GB 19083-2010; 鲁械注准 20202140250	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 山东省医疗器械和药品包装检验研究院	符合	/	
832	医用脱脂棉	肇庆市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广东邦健医药连锁有限公司广宁新宁南店	0.8g/个	批号: 20200316	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
833	医用脱脂棉	肇庆市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	肇庆大参林药店有限公司高新区曙光分店	0.3g/个	批号: 20210308	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
834	一次性使用医用口罩	肇庆市	新乡市金环医疗器械有限公司	肇庆市健和医药有限公司	平面耳挂式	批号: 020090828	豫械注准 20172640444	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	通气阻力	
835	医用棉球	肇庆市	新乡市康民卫材开发有限公司	广东省封开县人民医院	中号	批号: 20120601	豫械注准 20192140128	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
836	一次性使用医用口罩	肇庆市	一力制药股份有限公司	一力制药股份有限公司	平面型(耳挂式), 17.5cm×9.5cm。	批号: 201101	粤械注准 20202141038	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
837	天然胶乳橡胶避孕套	肇庆市	湛江市汇通药业有限公司	肇庆市鼎湖柏和大药房有限公司高新区柏芝和分公司	光面型	批号: JYA2101	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
838	一次性使用医用口罩	肇庆市	肇庆市锦晟个人医疗护理用品科技有限公司	肇庆市锦晟个人医疗护理用品科技有限公司	175mm×95mm 长方形 耳挂式	批号: 20210109JS05	粤械注准 20202141835	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查 市区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
839	一次性使用医 用口罩(疫情 应急产品)	肇庆市	肇庆市沫馨美体内衣 有限公司	肇庆市沫馨美体内衣 有限公司	平面型(耳挂 式) 17.5cm ×9.5cm	批号: LX20210425	粤械注准 20212140165	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
840	医用外科口罩	肇庆市	浙江天使医疗器械有 限公司	广东邦健医药连锁有 限公司德庆朝阳分店	平面挂耳式	批号: 2020102505	YY 0469-2011;浙械注 准 20202141187	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
841	智能臂式电子 血压计	肇庆市	注册人:天津九安医 疗电子股份有限公司 /委托生产企业:柯顿 (天津)电子医疗器 械有限公司	广东邦健医药连锁有 限公司坑口分店	KD-557	批号: 191908011003	YY 0505-2012;津械注 准 20192070082	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
842	天然胶乳橡胶 避孕套	清远市	Karex Industries Sdn. Bhd. (代理人: 广州市一统医药科技 有限公司)	清远大参林连锁药店 有限公司阳山富凯分 店	平滑超薄型	批号: 20N3792	GB/T 2828.1-2012;国 械注进 20172665104	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
843	医用防护口罩	清远市	东莞市安保医用包装 科技有限公司	广东省英德市人民医 院	FH9502	批号: 05SFHB201201-1	GB 19083-2010;粤械 注准 20202141913	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
844	医用外科口罩	清远市	广东金发科技有限公 司	广东金发科技有限公 司	WK(成人型) 17.5cm × 9.5cm	批号: 25005825	YY 0469-2011;粤械注 准 20202140422	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
845	医用外科口罩	清远市	广东金发科技有限公 司	广东金发科技有限公 司	KF-B P01(WK-E0) 17.5cm× 9.5cm	批号: 25009413	YY 0469-2011;粤械注 准 20212140371	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
846	一次性医用外 科口罩	清远市	广东瑞华医疗器械有 限公司	清远大参林连锁药店 有限公司连州东门路 分店	17.5cm×9.5c m	批号: 20201221	YY 0469-2011;粤械注 准 20202141273	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
847	医用外科口罩	清远市	广东同德药业有限公 司	清远百姓大药房医药 连锁有限公司清新黄 坑店	耳挂式 17.5cm×9.5c mx	批号: 210101	YY 0469-2011;粤械注 准 20202140911	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
848	医用脱脂棉	清远市	广州市番禺万福卫生用品有限公司	佛冈县中医院	无菌型小号 5粒	批号: 20200902	粤械注准 20172640791	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
849	天然胶乳橡胶避孕套	清远市	广州万方健医药有限公司	清远市国瑞大药房连锁有限公司	光面型	批号: ADIA1011	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20182660489	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
850	医用棉球	清远市	河南怡众医疗器械有限公司	连南瑶族自治县寨岗中心卫生院	中号	批号: 20082418	豫械注准 20182640242	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
851	医用一次性防护服	清远市	江西科美医疗器械集团有限公司	英德市第二人民医院	170(L)	批号: 20200802	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140047	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	符合	/	
852	一次性使用医用口罩(医用普通口罩)	清远市	南昌市恩惠医用卫生材料有限公司	连州市美汇药房	A型耳挂式平面口罩 小号	批号: 20201102	赣械注准 20182640075	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
853	天然胶乳橡胶避孕套	清远市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	清远大参林连锁药店有限公司佛冈分店	标称宽度 52mm	批号: 1001360626	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
854	天然胶乳橡胶避孕套	清远市	山东铭源乳胶有限责任公司	连州市华元药业有限公司	W52±2mm (颗粒型)	批号: 202004	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20172660823	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
855	医用脱脂棉	清远市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	清远大参林连锁药店有限公司阳山富凯分店	0.3g/个	批号: 20210308	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
856	医用脱脂棉	清远市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	清远大参林连锁药店有限公司连山金丰分店	0.3g/个	批号: 20210510	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
857	天然橡胶胶乳男用避孕套	清远市	武威市威乐乳胶科技有限公司	清远福和电子商务有限公司	光面型	批号: G210604	GB/T 2828.1-2012; 甘械注准 20172660002	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
858	医用防护口罩	清远市	新乡市大方医疗器械制造有限公司	清远市妇幼保健院	拱形	批号： 2020072504	GB 19083-2010; 豫械注准 20172641027	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
859	医用棉球	清远市	新乡市宏达卫材有限公司	连州市人民医院	中号	批号：201002430	豫械注准 20192140101	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
860	定制式活动义齿	清远市	英德市优越义齿技术有限公司	英德市优越义齿技术有限公司	钴铬支架可摘局部义齿	出厂编号： 21031722	粤械注准 20202171237	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
861	定制式固定义齿	清远市	英德市优越义齿技术有限公司	英德市优越义齿技术有限公司	氧化锆全瓷冠	出厂编号： 21032853	粤械注准 20202171236	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
862	天然胶乳橡胶避孕套	清远市	湛江市汇通药业有限公司	清远市嘉兴医药有限公司	光面型	批号：201131	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
863	医用一次性防护服	清远市	振德医疗用品股份有限公司	清远市中医院	灭菌型 180cm 1件/袋 连身式	批号：20200914	GB 19082-2009; 浙械注准 20192140166	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
864	一次性使用医用口罩	清远市	振德医疗用品股份有限公司	清远百姓大药房医药连锁有限公司清新黄坑店	非灭菌型 17cmx18cm-3P	批号：20201225	浙械注准 20172640095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
865	智能臂式电子血压计	清远市	注册人：天津九安医疗电子股份有限公司/委托生产企业：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司	清远高济百姓大药房医药连锁有限公司英德九龙店	KD-557	出厂编号： 191658085861908	YY 0505-2012; 津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
866	智能臂式电子血压计	清远市	注册人：天津九安医疗电子股份有限公司/委托生产企业：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司	清远大参林连锁药店有限公司连山金丰分店	KD-5965	批号： 20211101101	YY 0505-2012; 津械注准 20192070082	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
867	核酸提取或纯化试剂	潮州市	潮州凯普生物化学有限公司	潮州凯普生物化学有限公司	磁珠法 NO-R-AI 型	批号: 20211104A	粤潮械备 20200023 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
868	样本保存液	潮州市	潮州凯普生物化学有限公司	潮州凯普生物化学有限公司	灭活型(C 型)	批号: 20211114WA	粤潮械备 20160007 号	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
869	天然胶乳橡胶避孕套	潮州市	广东汇通乳胶制品有限公司	饶平县国民医药店	光面型	批号: HT2101C	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20162660471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
870	一次性使用医用口罩	潮州市	广东悦斯科技有限公司	广东悦斯科技有限公司	17.5cmx9.5cm 3 层挂耳型	批号: 210101101	粤械注准 20202141139	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
871	医用防护口罩	潮州市	河北荣翔医疗器械有限公司	潮州市人民医院	N9501-A 型	批号: 301201015	GB 19083-2010; 冀械注准 20172640365	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河北省药品医疗器械检验研究院	符合	/	
872	天然胶乳橡胶避孕套	潮州市	河北优科斯橡胶科技有限公司	潮州市潮安区妇幼保健院	52mm±2mm 光面型	批号: 20070602	GB/T 2828.1-2012; 冀械注准 20172660292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
873	医用防护服	潮州市	河南省豫北卫材有限公司	潮州市人民医院(潮州医院)	I 型 180	批号: 51200908	GB 19082-2009; 豫械注准 20202140673	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
874	医用外科口罩	潮州市	河南省豫北卫材有限公司	潮州市新振康医疗器械有限公司	长方形 17.5cm× 9.5cm 允差 5%	批号: 04201149	YY 0469-2011; 豫械注准 20182140569	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
875	医用脱脂棉	潮州市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	潮州市天和医药有限公司潮安第三分公司	5 克 x50 包	批号: 20210105	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
876	医用脱脂棉	潮州市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	潮州市宏伟药业有限公司	500g/包	批号: 20210321	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
877	医用脱脂棉	潮州市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	潮州市南春福源大药行	500g/包	批号: 20210430	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
878	医用外科口罩	潮州市	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	潮州市诚川投资有限公司	耳带式	生产日期: 2020年12月4日	YY 0469-2011; 赣械注准 20162640285	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
879	医用脱脂棉	潮州市	焦作联盟医用材料股份有限公司	饶平县三饶卫生院	500克	批号: 2019040104	豫械注准 20162640795	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
880	医用棉球	潮州市	南昌市恩惠医用卫生材料有限公司	潮州市南春福源大药行	A 型 (灭菌)	批号: 20200802	赣械注准 20152640277	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
881	一次性使用医用口罩	潮州市	南昌翔翊医疗器械有限公司	潮州市洪达医疗器械有限公司	中号 A3	批号: 20201204	赣械注准 20192140022	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
882	一次性使用医用口罩	潮州市	南昌翔翊医疗器械有限公司	潮州市恒益医疗设备有限公司	中号 型号: A3	批号: 202009005	赣械注准 20192140022	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
883	电子血压计	潮州市	欧姆龙 (大连) 有限公司	潮州市康惠医药有限公司第一分店	HEM-7121	批号: 202107U	YY 0505-2012; 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
884	医用一次性防护服	潮州市	山东朱氏药业集团有限公司	潮州市潮安区人民医院	连身式 170	批号: 20201003	GB 19082-2009; 鲁械注准 20202140108	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
885	电子血压计	潮州市	松下电气机器 (北京) 有限公司	潮州市湘桥区铁铺卫生院	EW-BU05	批号: 20200611	YY 0505-2012; 京械注准 20162200080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
886	医用防护口罩	潮州市	稳健医疗(黄冈)有限公司	潮州市潮安区人民医院	N95(折叠式)	批号: 20201024	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 四川省药品检验研究院	符合	/	
887	棉球(医用脱脂棉)	潮州市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	潮州市大参林有限公司英塘店	0.3g/个	批号: 20210322	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
888	天然胶乳橡胶避孕套	潮州市	湛江市汇通药业有限公司	饶平县国药医药有限公司大药房	光面型	批号: 210512	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
889	天然胶乳橡胶避孕套	潮州市	湛江市汇通药业有限公司	广东正佳宜大药房连锁有限公司	52mm±2mm	批号: JYA2104	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
890	医用脱脂棉	潮州市	珠海市润安卫生材料制造有限公司	潮州市湘桥区中医医院	50g/包	批号: 20201102	粤械注准 20172640436	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
891	N95 PARTICULATE FILTER RESPIRATOR AND SURGICAL MASKS	揭阳市	O&M Halyard, Inc. (代理人: 上海明若医疗器械贸易有限公司)	揭阳市第三人民医院	46727	批号: AM0033841	GB 19083-2010; 国械注进 20192140119	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
892	天然胶乳橡胶避孕套	揭阳市	SURETEX LIMITED (代理人: 武汉杰士邦卫生用品有限公司)	广东深华大药房连锁有限公司揭东埔田湖下店	49mm	批号: 20055JSM	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162664352	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
893	天然胶乳橡胶避孕套	揭阳市	不二乳胶株式会社 (代理人: 武汉杰士邦卫生用品有限公司)	广东深华大药房连锁有限公司揭东埔田湖下店	52mm	批号: 1904ZR0691	GB/T 2828.1-2012; 国械注进 20162660465	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
894	红外体温计	揭阳市	广东安诺药业股份有限公司	广东安诺药业股份有限公司	AN-CP-T101	批号: 20210101	GB 9706.1-2007; 粤械注准 20202071471	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
895	医用外科口罩	揭阳市	广东国凯医疗器械有限公司	广东国凯医疗器械有限公司	平面挂耳式(非无菌型)/17.5×9.5cm	批号: 20201212	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141686	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
896	一次性使用无菌自毁注射器带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	2ml	生产日期: 20200902	国械注准 20153151631	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
897	一次性使用回拉式自毁注射器带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	5ml	批号: 20210426	国械注准 20143142115	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
898	一次性使用无菌自毁型固定剂量疫苗注射器带针	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	0.5ml	批号: 20210524	国械注准 20163151637	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
899	一次性医用外科口罩	揭阳市	广东海鸥医疗器械股份有限公司	广东海鸥医疗器械股份有限公司	HO-KZ01	批号: 20210817	YY 0469-2011; 粤械注准 20202140672	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
900	医用外科口罩	揭阳市	广东合纵医药器械有限公司	广东合纵医药器械有限公司	175mm×95mm 平面型	批号: 20210113	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141202	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
901	一次性医用外科口罩	揭阳市	广东瑞华医疗器械有限公司	揭阳市大参林药店有限公司金城分店	17.5cm×9.5cm	批号: 20200910	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141273	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
902	一次性医用外科口罩	湛江市	广东瑞华医疗器械有限公司	湛江大参林连锁药店有限公司南华分店	耳挂式 17.5cm×9.5cm	批号: 20201206	YY 0469-2011; 粤械注准 20202141273	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
903	一次性使用医用口罩	揭阳市	广东泰鑫药业有限公司	广东泰鑫药业有限公司	平面型(非无菌) 17.5cm×9.5cm	生产日期: 2021年01月02日	粤械注准 20202141914	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
904	医用外科口罩	揭阳市	广东望天湖生物科技股份有限公司	广东望天湖生物科技股份有限公司	普通型(挂耳式) 17.5cm×9.5cm	批号: 202103002	YY 0469-2011; 粤械注准 20212140308	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果注	主要不合格项目	备注
905	医用脱脂棉球	揭阳市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	揭阳市慈云医院	1.5克 5粒	批号: 20200925	粤械注准 20162640495	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
906	医用脱脂棉球	揭阳市	广州市番禺区豪政卫生材料厂	广东百润健康科技有限公司	3克	批号: 042210105	粤械注准 20162640495	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
907	天然胶乳橡胶避孕套	揭阳市	桂林紫竹乳胶制品有限公司	揭阳市计划生育药具管理供应站	物理延时光面型	批号: 19081207	GB/T 2828.1-2012; 桂械注准 20162660095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
908	天然胶乳橡胶避孕套	揭阳市	河北优科斯橡胶科技有限公司	揭阳市计划生育药具管理供应站	52mm±2mm 光面型	批号: 20070602	GB/T 2828.1-2012; 冀械注准 20172660292	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
909	一次性使用医用口罩	揭阳市	河南天和卫生材料有限公司	揭阳市大参林药店有限公司金城分店	无菌平面型 大号(17.5cm ×9.5cm)	批号: 20200916	豫械注准 20202141043	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	口罩带	
910	医用一次性防护服	揭阳市	河南亚都实业有限公司	揭阳市第三人民医院	无菌性连身式	批号: 2005CE0379	GB 19082-2009; 豫械注准 20192140080	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
911	医用脱脂棉	揭阳市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	广东源之林医药有限公司	10g/包	批号: 20210105	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
912	医用脱脂棉	揭阳市	江苏米沙瓦医疗用品有限公司	广东源之林医药有限公司东山沟口分店	100g/包	批号: 20210320	苏械注准 20162640461	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
913	医用一次性防护服	揭阳市	江西科美医疗器械集团有限公司	揭阳市揭东区人民医院	L	批号: 20200616	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140047	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
914	定制式活动义齿	揭阳市	揭西县联兴义齿有限公司	揭西县联兴义齿有限公司	树脂基托可摘全口义齿	交货日期: 2021/4/24	粤械注准 20162170209	广东省医疗器械质量监督检验所	不符合	树脂基托厚度	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
915	定制式固定义齿	揭阳市	揭西县联兴义齿有限公司	揭西县联兴义齿有限公司	氧化锆全瓷冠	生产日期: 出货日期: 2021/4/24	粤械注准 20162170208	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
916	电子血压计	揭阳市	欧姆龙(大连)有限公司	揭阳市烁德医药商场有限公司	HEM-8713	出厂编号: 20161204186LG	YY 0505-2012; 辽械注准 20172200053	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
917	电子血压计	揭阳市	欧姆龙健康医疗株式会社(代理人: 欧姆龙健康医疗(中国)有限公司)	广东康卫宁医疗器械有限公司	HEM-7136	批号: 202012B	YY 0505-2012; 国械注进 20162201120	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
918	全自动臂式电子血压计	揭阳市	深圳乐普智能医疗器械有限公司	广东深华大药房连锁有限公司揭东埔田湖下店	LBP70D	批号: BP200803	YY 0505-2012; 粤械注准 20182200068	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
919	天然胶乳橡胶避孕套	揭阳市	沈阳天地乳胶有限公司	揭阳市计划生育药具管理供应站	光面型	批号: 20091107	GB/T 2828.1-2012; 辽械注准 20172660124	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
920	医用外科口罩	揭阳市	稳健医疗(黄冈)有限公司	揭阳市新汇康医药有限公司仁义店	长方形挂耳型 17cm×9cm-3P	批号: 20201118-7	YY 0469-2011; 鄂械注准 20142142016	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
921	医用脱脂棉	揭阳市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	广东深华大药房连锁有限公司揭东埔田湖下店	0.3g/个	批号: 20200907	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
922	医用防护口罩	揭阳市	亿信医疗器械股份有限公司	揭阳市中医院	折叠形	批号: 201201615	GB 19083-2010; 豫械注准 20182140615	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
923	一次性使用医用口罩	揭阳市	振德医疗用品股份有限公司	揭阳市新汇康医药有限公司仁义店	非灭菌型 17cm×18cm-3P	批号: 20201130	浙械注准 20172640095	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
924	全自动上臂式 血压计	云浮市	爱安德电子(深圳) 有限公司	云浮市大参林药店有 限公司云城环市东分 店	UA-611A	批号: 20200820	YY 0505-2012; 粤械注 准 20192070586	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
925	天然胶乳橡胶 避孕套	云浮市	安徽鸿基伟业医疗器 械发展有限公司	云浮市云城区性福性 用具商店	光面型	批号: 20210306	GB/T 2828.1-2012; 皖 械注准 20182660007	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
926	医用外科口罩	云浮市	广东瑞洋制药有限公 司	云浮市康达药业有限 公司	平面耳挂式 无菌 17.5cm ×9.5cm	批号: 20201204	YY 0469-2011; 粤械注 准 20202141373	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
927	医用外科口罩	云浮市	广东瑞洋制药有限公 司	云浮市康达药业有限 公司	平面耳挂式 无菌 17.5cm ×9.5cm	批号: 20210105	YY 0469-2011; 粤械注 准 20202141373	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
928	一次性使用医 用口罩	云浮市	广东瑞洋制药有限公 司	云浮市康达药业有限 公司	平面耳挂式 非无菌 17.5cm× 9.5cm	批号: 20210108	粤械注准 20202141372	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
929	一次性使用医 用口罩	云浮市	广东瑞洋制药有限公 司	云浮市康达药业有限 公司	平面耳挂式 非无菌 17.5cm× 9.5cm	批号: 20210110	粤械注准 20202141372	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
930	医用外科口罩	湛江市	广东瑞洋制药有限公 司	广东瑞洋制药有限公 司	平面耳挂式 无菌 17.5cm ×9.5cm	批号: 20210104	YY 0469-2011; 粤械注 准 20202141373	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
931	天然胶乳橡胶 避孕套	云浮市	桂林紫竹乳胶制品有 限公司	云浮市云城区妇幼保 健计划生育服务中心	物理延时光 面型	批号: 19081207	GB/T 2828.1-2012; 桂 械注准 20162660095	广东省医疗器械 质量监督检验所	符合	/	
932	医用防护口罩	云浮市	河南恒鹏医疗器械有 限公司	云浮市妇幼保健院	折叠式	批号: 20200716376	GB 19083-2010; 豫械 注准 20202140237	原检机构: 广东省 医疗器械质量监 督检验所; 复检机 构: 河南省药品医 疗器械检验院	不符合	密合性	

序号	产品名称	抽查市 区	标示生产企业	被抽样单位	型号 规格	产品编号/ 批号/生产 日期	检验依据	检验机构	检验 结果 ^注	主要不合 格项目	备注
933	医用防护口罩	云浮市	河南省中健医疗器械有限公司	云浮市中医院	立体形(N95)	批号: 20092135	GB 19083-2010; 豫械注准 20162640667	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河南省药品医疗器械检验院	不符合	密合性	
934	臂式电子血压计	云浮市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广州医药大药房有限公司云浮中心店	YE655B	批号: 1904 序列号 06	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
935	医用一次性防护服	云浮市	江西美格尔医疗设备有限公司	云浮市中医院	MYM-A1 175	批号: 202010130138	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140585	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	符合	/	
936	天然胶乳橡胶避孕套	云浮市	晋江市康乐乳胶用品有限公司	云浮市云城区甜蜜蜜成人用品店	光面型	批号: 20061521A	GB/T 2828.1-2012; 闽械注准 20162660041	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
937	电子血压计	云浮市	欧姆龙(大连)有限公司	云浮市建宏医药有限公司	HEM-7121	批号: 202012L	YY 0505-2012; 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
938	天然胶乳橡胶避孕套	云浮市	山东铭源乳胶有限责任公司	云浮市云城区长相思计生用品店	W52±2mm (颗粒螺纹光面组合型)	批号: 20210403	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20172660823	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
939	医用一次性防护服	云浮市	山东朱氏药业集团有限公司	云浮市妇幼保健院	连身式 175	批号: LOT20112401	GB 19082-2009; 鲁械注准 20202140108	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 河北省药品医疗器械检验研究院	符合	/	
940	医用脱脂棉	云浮市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	新兴县太子心医药有限公司	0.5g/个	批号: 20200926	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
941	医用脱脂棉	云浮市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	云浮市大参林药店有限公司浩林分店	0.8g/个	批号: 20201221	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
942	医用脱脂棉	云浮市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	罗定叁鹤血液透析中心(普通合伙)	0.3g/个	批号: 20200109	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
943	医用脱脂棉	云浮市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	云浮天天邦健医药连锁有限公司高峰店	100克/袋	批号: 20201221	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
944	天然胶乳橡胶避孕套	云浮市	浙江相伴乳胶制品有限公司	云浮市云城区妇幼保健计划生育服务中心	螺纹	批号: 19082004	GB/T 2828.1-2012; 浙械注准 20162660689	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
945	一次性使用医用口罩	湛江市	广东鑫润滔科技有限公司	广东鑫润滔科技有限公司	耳挂式(非无菌型) 17.3cm×9.2	批号: 20210101	粤械注准 20202141672	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
946	医用防护口罩	湛江市	河南省健琪医疗器械有限公司	湛江市第一中医医院	无菌拱形	批号: 20121451B	GB 19083-2010; 豫械注准 20182140514	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
947	臂式电子血压计	湛江市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	湛江市冠丰大药房有限公司中心店	YE655A	出厂编号: 190615434	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
948	臂式电子血压计	湛江市	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	湛江市冠丰大药房有限公司	YE690A	批号: 1612-05	YY 0505-2012; 苏械注准 20162200402	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
949	医用一次性防护服	湛江市	江西科美医疗器械集团有限公司	湛江市第一中医医院	175(XL)连身式	批号: 20201022	GB 19082-2009; 赣械注准 20202140047	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
950	医用脱脂棉	湛江市	江西省华中纺化有限公司	雷州市雷州药业有限公司	500克	批号: 20201208	赣械注准 20182640027	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 江西省医疗器械检测中心	不符合	荧光物	
951	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	茂名市江源乳胶制品有限公司	湛江市霞山区一心大药房	光面型, 平均宽度: 52mm±2mm	批号: 210313C1	GB/T 2828.1-2012; 粤械注准 20152180305	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
952	电子血压计	湛江市	欧姆龙(大连)有限公司	湛江开发区仁瑞医院	HEM-7121	批号: 2020092	YY 0505-2012; 辽械注准 20162200146	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
953	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	青岛伦敦杜蕾斯有限公司	湛江大参林连锁药店有限公司南油分店	标称宽度 52mm	批号: 1001381158	GB/T 2828.1-2012; 鲁械注准 20162180063	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
954	脱脂棉球	湛江市	青岛盛久医疗用品有限公司	湛江市霞山区济和堂药店保利店	0.5g	批号: 201201	鲁械注准 20172640234	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
955	医用一次性防护服	湛江市	山东海迪科医用制品有限公司	湛江市妇幼保健计划生育服务中心	连身式 175	批号: 201223	GB 19082-2009; 鲁械注准 20202141164	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
956	手臂式全自动电子血压计	湛江市	深圳市家康科技有限公司	湛江凯大医药连锁有限公司麻章麻霞分店	BP368A	批号: B190428	YY 0505-2012; 粤械注准 20162200419	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
957	医用防护口罩	湛江市	稳健医疗(黄冈)有限公司	湛江中心人民医院	N95(折叠式)	批号: 20200925	GB 19083-2010; 鄂械注准 20162642419	原检机构: 广东省医疗器械质量监督检验所; 复检机构: 湖北省医疗器械质量监督检验研究院	符合	/	
958	医用脱脂棉	湛江市	稳健医疗(嘉鱼)有限公司	湛江大连市连锁药店有限公司南油分店	0.3g/个	批号: 20210222	鄂械注准 20142640972	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

序号	产品名称	抽查市区	标示生产企业	被抽样单位	型号规格	产品编号/批号/生产日期	检验依据	检验机构	检验结果 ^注	主要不合格项目	备注
959	医用脱脂棉	湛江市	新乡市康民卫材开发有限公司	徐闻县中医医院	500 克	批号：20201102	豫械注准 20172640708	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
960	医用脱脂棉 (非无菌)	湛江市	阳谷景阳岗卫生材料厂	湛江市益民大药房连锁有限公司海田店	7 克	生产日期：2020 年 11 月 03 日	鲁械注准 20172640352	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院	不符合	荧光物	
961	医用脱脂棉 (非无菌)	湛江市	阳谷景阳岗卫生材料厂	广东金安医药发展有限公司	7 克	生产日期：2021 年 01 月 03 日	鲁械注准 20172640352	原检机构：广东省医疗器械质量监督检验所；复检机构：山东省医疗器械和药品包装检验研究院	不符合	荧光物	
962	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	优丽达斯（张家港）乳胶制品有限公司	湛江市霞山区荷花路参芝林大药房	非光面（浮点型）	批号：U0E807D	GB/T 2828.1-2012；苏械注准 20152660662	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
963	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	优丽达斯（张家港）乳胶制品有限公司	湛江市赤坎区海湾邨都众联大药房	光面（平面型）	批号：U0L801S	GB/T 2828.1-2012；苏械注准 20152660662	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
964	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市	湛江市汇通药业有限公司	湛江市汇通药业有限公司	光面型	批号：21062203	GB/T 2828.1-2012；粤械注准 20142180089	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
965	一次性使用无菌导尿管	湛江市	湛江市事达实业有限公司	湛江市事达实业有限公司	双腔气囊标准型 20Fr (30ml)	批号：20210123	粤械注准 20162660987	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	
966	脱脂棉球	湛江市	振德医疗用品股份有限公司	湛江麻章惠珍医院有限公司	0.5g 10 粒/袋	批号：20210301	浙械注准 20172640720	广东省医疗器械质量监督检验所	符合	/	

注：检验结果“符合”是指被检样品所检项目符合抽检方案的要求。